基于场放大进样及 Au 纳米粒子双重富集用于大肠杆菌检测的毛细管电泳电化学免疫分析法

张召香* 张飞 刘莹

(青岛科技大学化学与分子工程学院 青岛 266042)

摘要 利用 Au 纳米粒子作为辣根过氧化物酶(HRP)标记抗体的载体, 结合电堆积预富集技术, 发展了一种基于场放大进样及 Au 纳米粒子双重富集的毛细管电泳电化学免疫分析技术用于大肠杆菌的检测. 大肠杆菌与酶标抗体免疫反应后直接进行场放大进样预富集, 免疫样品快速迁移并堆积在毛细管入口端, 同时带负电荷的金纳米粒子向阳极端迁移, 在样品与缓冲溶液的界面处吸附样品离子. 金纳米粒子作为多酶载体使检测信号进一步放大. 以标记在抗体上的 HRP 催化 H_2O_2 氧化邻苯二胺产生的电流信号来检测大肠杆菌. 同常规电动进样毛细管电泳相比, 该双重富集技术可使灵敏度提高 1400 倍. 该方法对大肠杆菌检测的线性范围为 $2.0 \sim 2000.0 \text{ cfu} \cdot \text{mL}^{-1}$, 检出限为 $1.0 \text{ cfu} \cdot \text{mL}^{-1}$, 实现了对扇贝样品中大肠杆菌的快速、灵敏检测.

关键词 大肠杆菌; 毛细管电泳; 场放大进样; 金纳米粒子; 双重富集; 电化学检测

Electrochemical Immunoassay by Capillary Electrophoresis for *E. coli* Enhanced by Field-amplified Sample Injection and Gold Nanoparticles

Zhang, Zhaoxiang* Zhang, Fei Liu, Ying

(College of Chemistry and Molecular Engineering, Qingdao University of Science and Technology, Qingdao 266042)

Abstract A dual concentration technique combining field-amplified sample injection and gold nanoparticles as multi-enzyme carriers was developed in this paper. A novel *E. coli* detection platform based on immunoreaction, dual amplification focusing, capillary electrophoresis separation, and electrochemical detection was proposed for sensitive detection of *E. coli* in scallop samples. After noncompetitive immunoreaction between free *E. coli* antigen and excessive amount of horseradish peroxidase (HRP)-labeled anti-*E. coli* antibody tracer (Ab^*) in liquid phase, the immune sample was directly introduced into the separation capillary. The field-amplified sample injection process allows introducing large amount of analytes into capillary to accumulate at the capillary inlet. Meanwhile, the negative charged gold nanoparticles migrated to the anode and attracted the immune sample ions onto its surface at the boundary of sample and buffer solution. Gold nanoparticles were used as multienzyme carriers of the signaling Ab^* and the bound enzyme-labeled complex ($Ag-Ab^*$) in order to achieve a further amplification of the electrochemical detection signal. Then the bound $Ag-Ab^*$ and unbound Ab^* were separated by capillary electrophoresis, and the *E. coli* could be detected according to the H_2O_2/o -phenylenediamine reaction currents catalyzed by HRP labeled on anti-*E. coli* antibody. The assay adopting field-amplified sample injection preconcentration and gold nanoparticles as enhancer resulted in the improved sensitivity of 1400 fold when compared with traditional 10 kV electrokinetic injection for 10 s. The method allowed quantitative determination of *E. coli* concentration from 2.0 to 2000 $\text{cfu} \cdot \text{mL}^{-1}$, with a detection limit of $1.0 \text{ cfu} \cdot \text{mL}^{-1}$. The formed complex ($Ag-Ab^*$) and the excessive Ab^* were baseline separated with the separation efficiencies (theoretical plate number, N) greater than 10^4 plates/m. The relative standard deviation (RSD) values of the peak height, peak area and migration time were 2.6%, 3.5% and 3.1%, respectively. The proposed field-amplified sample injection and gold nanoparticles enhanced capillary electrophoresis based immunoassay with electrochemical detection method was successfully applied for the determination of *E. coli* in scallop samples.

Keywords *E. coli*; capillary electrophoresis; field-amplified sample injection; Au nanoparticle; dual concentration; electrochemical detection

1 引言

致病菌污染是海洋双壳贝类最重要的污染方式之

一, 因此研究快速、灵敏、准确地检测大肠杆菌的方法具有重要意义. 传统的大肠杆菌检测方法主要有细菌培养法^[1]、平板计数法^[2]、免疫学检测^[3]、聚合酶链反应^[4]

* E-mail: zhangzhx@qust.edu.cn

Received August 19, 2012; published October 8, 2012.

Supporting information for this article is available free of charge via the Internet at <http://sioc-journal.cn>.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 21105051) and the Foundation for Outstanding Young Scientist in Shandong Province (No. BS2009HZ009).

项目受国家自然科学基金(No. 21105051)和山东省优秀中青年科学家科研奖励基金(No. BS2009HZ009)资助.

等, 这些方法存在耗时长、费用高、操作过程复杂等不足. 毛细管电泳具有高效、快速等优点, 在生命科学和环境检测等领域得到广泛的应用, 采用毛细管电泳分离检测致病菌的研究已有报道^[5]. 电化学免疫分析通过抗原与抗体的特异性结合, 采用电化学方法检测, 具有特异性强、检测速度快和灵敏度高优点, 可实现对大肠杆菌的快速检测. Gehring 等^[6]采用酶标抗体与大肠杆菌相结合发展了一种电化学酶联免疫方法检测大肠杆菌, 采用方波伏安法检测, 电流大小与细菌的浓度成线性相关, 检测限为 $4.7 \times 10^3 \text{ cfu} \cdot \text{mL}^{-1}$. Ruan 等^[7]基于氧化铟锡电极发展了一种电化学阻抗免疫传感器用于检测大肠杆菌, 通过检测阻抗变化来测定大肠杆菌的浓度. 毛细管电泳(capillary electrophoresis, CE)电化学(electrochemistry, EC)免疫分析(immunoassay, IA)结合了CE的高分离效率、IA的高特异性及EC检测的高灵敏度的优点, 同时还具有样品耗量少和仪器简单等特点, 在生化分析领域备受关注, 然而在致病菌分析检测领域的研究还未见文献报道.

常规毛细管电泳由于进样量少, 检测灵敏度受到限制, 采用在线富集可提高灵敏度. 常见在线富集方法有场放大进样^[8]、大体积样品堆积^[9]、等速电泳^[10]、胶束扫集^[11]、胶束破裂富集^[12]、液液微萃取^[13]、固相萃取^[14]、单滴微萃取^[15]等. 随着纳米技术的飞速发展, 纳米材料逐渐被应用到生物医学领域, 在致病菌的检测方面也得到了大量的应用. 金利通课题组先后用铂纳米颗粒修饰电极^[16]、Au 纳米颗粒表面修饰辣根过氧化物酶(HRP)标记的大肠杆菌抗体^[17]、以及 $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{Au}$ 复合纳米粒子作为 HRP 标记抗体的载体^[18]实现了对大肠杆菌的快速检测, 检出限达 $20 \text{ cfu} \cdot \text{mL}^{-1}$. 李智洋等^[19]制备了兔抗大肠杆菌(*E. coli*)的免疫磁性纳米颗粒, 富集病原菌后与鼠抗 *E. coli* 的单克隆抗体形成双抗夹心, 采用化学发光检测了 *E. coli*, 检测灵敏度为 $10^3 \text{ cell} \cdot \text{mL}^{-1}$. Göransson 等^[20]用磁性纳米粒子放大检测了细菌 DNA. Gao 等^[21]研究了金纳米粒子探针高灵敏检测了 4 种致病菌. Au 纳米粒子(AuNPs)和生物分子具有很好的兼容性, 以及具有表面积大、易于合成、化学性质稳定等特点, 近年来被越来越多的研究者用于 CE 中提高分离度和检测灵敏度. Neiman 等^[22]和 Pumera 等^[23]首先将 Au 纳米粒子引入 CE 和芯片 CE 中提高选择性和分离效率. Chang 课题组^[24]用纳米粒子填充 CE 分离双链 DNA, 分离效率达 10^6 plate/m . Shiddiky 等^[25]用羟丙基纤维素/Au 纳米粒子修饰的缓冲液在芯片 CE 中预富集、分离、EC 检测痕量 DNA, 灵敏度提高 25000 倍. Liu 等^[26]将 Au 纳米粒子标记在抗体上, 研究了 CE 化学发光 IA 检测人免疫球蛋白, 检出限为 $1.14 \times 10^{-3} \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$. Tseng 课题组^[27]用 Au 纳米粒子填充 CE 分离 DNA, 分离效率达 10^6 plate/m , 迁移时间的相对标准偏差小于 0.6%. 此外, 他们还用 Au 纳米粒子萃取富集 CE 分离检测氨基硫醇、

三聚氰胺等, 检测灵敏度提高三个数量级^[28]. 综上所述, Au 纳米粒子不仅能提高 CE 分离的选择性、分离效率和分离度, 还具有很高的吸附容量, 萃取待测物提高检测灵敏度. 因此, 将 Au 纳米粒子用于 CE EC-IA 中并用于大肠杆菌的检测, 有望获得很高的分离效率和检测灵敏度.

本文利用 Au 纳米粒子作为 HRP 标记抗体的载体, 结合电堆积预富集技术, 发展了一种基于场放大进样及 Au 纳米粒子双重富集的毛细管电泳电化学免疫分析技术用于大肠杆菌的检测. 大肠杆菌与酶标抗体进行非竞争免疫反应形成免疫复合物(Ag-Ab*), 溶液中还有过量的酶标抗体(Ab*), 免疫样品进行场放大进样后堆积在毛细管入口端, 同时金纳米粒子在样品与缓冲溶液的界面处吸附样品离子, 使样品离子得到进一步富集. 利用该双重富集技术检测扇贝样品中的大肠杆菌, 检出限达 $1.0 \text{ cfu} \cdot \text{mL}^{-1}$, 表明 Au 纳米粒子大的比表面积增大了酶的承载量, 增强检测信号, 结合场放大进样技术, 大大提高了大肠杆菌的检测灵敏度. 用本法测定了扇贝样品中的大肠杆菌, 证明该方法具有广阔的应用前景.

2 结果与讨论

在进行双重富集研究之前, 首先对大肠杆菌与酶标抗体免疫反应条件、免疫样品的 CE 分离条件、以及电化学检测条件进行了优化(见支持信息), 实验结果为: 免疫反应时间为 30 min, CE 分离缓冲溶液为 $50 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaH}_2\text{PO}_4 + 1.0\% \text{ PVP} + 1.0 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ H}_2\text{O}_2$, pH 7.6, 检测电位为 0.1 V, 邻苯二胺的浓度为 $1.0 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$, 在最佳条件下, 免疫样品中的 Ab*和 Ag-Ab*实现完全分离(图 S6, 支持信息). 在上述实验基础上, 重点研究了场放大进样和 Au 纳米粒子双重富集技术同毛细管电泳电化学免疫分析结合, 并用于大肠杆菌的检测.

2.1 Au 纳米粒子浓度的选择

图 S7(支持信息)是合成的 Au 纳米粒子的紫外吸收图(图 A)和透射电镜图(图 B), 从图中可以看出 Au 纳米粒子大小均匀, 平均粒径约 13 nm 左右, 在 520 nm 处有强特征吸收. 粒径 13 nm 的 Au 纳米粒子的摩尔吸光系数约为 $10^8 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ ^[29], 根据朗伯-比尔定律, 合成的 Au 纳米粒子的浓度约为 $5.6 \text{ nmol} \cdot \text{L}^{-1}$. Au 纳米粒子比表面积大, 具有良好的生物兼容性, 可通过静电作用与生物大分子相结合, 是酶、抗体等一些蛋白质的良好载体, 因此本文将 Au 纳米粒子加入到缓冲溶液中, 使大量样品离子吸附到 Au 纳米粒子表面, 对检测信号起到极大的放大作用.

将不同浓度($0 \sim 0.6 \text{ nmol} \cdot \text{L}^{-1}$)的 Au 纳米粒子加入到缓冲溶液中, 从图 1 可以看出, 随着 Au 纳米粒子浓度的增大, 大肠杆菌酶标抗体(Ab*)和免疫复合物(Ag-Ab*)的峰高增大, 同时分离度和分离效率增大, 迁移时间延长, 说明 Au 纳米粒子可以作为多酶载体吸附

Ab*和 Ag-Ab*. 然而, 当缓冲溶液中 Au 纳米粒子的浓度高于 $0.6 \text{ nmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, 重现性变差, 迁移时间的相对标准偏差(RSD)大于 5.8% ($n=6$), 峰高的 RSD 大于 7.3% ($n=6$), 这可能是由于 Au 纳米粒子在缓冲溶液中浓度较高时会发生聚集, 导致缓冲溶液不稳定. 考虑到后续双重富集和分离作用, 缓冲溶液中 Au 纳米粒子的浓度选择为 $0.5 \text{ nmol} \cdot \text{L}^{-1}$.

图1 缓冲溶液中 Au 纳米粒子的浓度对大肠杆菌免疫样品分析的影响

Figure 1 Effect of the AuNPs concentration in the buffer on the analysis of the immune sample of *E. coli*. Gold nanoparticles concentration: A, $0 \text{ nmol} \cdot \text{L}^{-1}$; B, $0.1 \text{ nmol} \cdot \text{L}^{-1}$; C, $0.3 \text{ nmol} \cdot \text{L}^{-1}$; D, $0.5 \text{ nmol} \cdot \text{L}^{-1}$. Buffer, $50 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaH}_2\text{PO}_4 + 1.0 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ H}_2\text{O}_2 + 1.0\% \text{ PVP}$, pH 7.6. The immune sample was diluted 50 fold. Sample injection time, 90 s. Peak 1, Ab*; Peak 2, Ag-Ab*.

2.2 堆积缓冲溶液 pH 影响

带负电的 Au 纳米粒子通过静电作用与 Ab*和 Ag-Ab*结合, 当 Ab*和 Ag-Ab*带正电荷时, Au 纳米粒子与其结合牢固, 吸附容量大, 对检测信号的放大作用强. 而堆积缓冲液的 pH 会影响 Ab*和 Ag-Ab*的电荷, 因此研究了堆积缓冲溶液的不同 pH ($2.0 \sim 6.0$) 对检测信号的影响, 结果发现, 当堆积缓冲溶液的 pH 在 $4.0 \sim 4.5$ 时, 检测信号最大, 说明在 pH $4.0 \sim 4.5$ 时 Ab*和 Ag-Ab*在 Au 纳米粒子表面达到最大程度的吸附. 此外, 灵敏度的提高还受制于进样量, 如果堆积界面在进样过程中快速向检测端迁移, 进样时间就会受到限制, 因为还需留出足够长的毛细管来进行后续分离. Au 纳米粒子带负电荷, 在电场作用下向阳极迁移, 假设向阴极方向迁移符号为正, 则 Au 纳米粒子的迁移速率(V_{AuNP})与其电泳速率($V_{\text{ep,AuNP}}$)及电渗流速率(V_{eo})的关系为:

$$V_{\text{AuNP}} = V_{\text{eo}} + V_{\text{ep,AuNP}} \quad (1)$$

在界面处 Au 纳米粒子与 Ab*和 Ag-Ab*作用后, 形成的结合物的电泳速率($V_{\text{ep,complex}}$)应小于 Ab*和 Ag-Ab*的电泳速率, 则结合物的迁移速率可表示为:

$$V_{\text{complex}} = V_{\text{eo}} + V_{\text{ep,complex}} \quad (2)$$

从式 2 可以看出, 当电渗流很小时, 结合物的迁移速率(即堆积界面的迁移速率)很小, 可以允许较长的进样时间, 增大检测灵敏度. 因此进样过程中堆积缓冲液的 pH 选择 4.0.

2.3 进样时间

Au 纳米粒子有限的吸附容量限制了场放大进样时间, 如果样品离子同 Au 纳米粒子的作用太弱, 有可能在进样过程中离开富集区带流向检测端. 图 2(A)是不同进样时间对大肠杆菌免疫复合物 Ag-Ab*的峰电流和分离效率的影响, 随着进样时间的增大, 峰电流增大, 当进样时间超过 6 min 后, 峰电流增大的趋势变小, 而分离效率降低. 图 2(B)可以看出, 当进样时间为 6 min 时, 从进样开始到分离结束, 未检测到游离的 Ab* 和 Ag-Ab*, 说明 6 min 的进样时间未超出 Au 纳米粒子的吸附容量, 进入毛细管的 Ab*和 Ag-Ab*经场放大进样预富集后全部被 Au 纳米粒子吸附, 有效放大了检测信号, 因此进样时间选择 6 min.

图2 (A)进样时间对大肠杆菌免疫复合物 Ag-Ab*的峰电流(a)和分离效率(b)的影响; (B)从进样开始到分离结束整个过程的电泳谱图, 峰 1, Ab*; 峰 2, Ag-Ab*. 免疫样品稀释 100 倍.

Figure 2 (A) Effect of sample injection time on peak current (a) and separation efficiency (b) Ag-Ab*, (B) electropherogram monitoring the dual amplification preconcentration and separation. Peak 1, Ab*; Peak 2, Ag-Ab*. The immune sample was diluted 100 fold.

同常规电动进样(10 kV 电动进样 10 s , 图 S6, 支持信息)相比, 采用场放大进样和 Au 纳米粒子双重富集技术可使灵敏度提高 1400 倍(峰高比 $\times$ 样品稀释因子). 这主要是由于堆积缓冲液的 pH 很低, 在场放大进样预富集过程中堆积界面向检测端迁移的速率很慢, 因此即使进样时间延长至 6 min 也不会影响后续分离; 同时, 堆

积在样品与缓冲溶液界面上的样品离子同从缓冲溶液中迎面而来的 Au 纳米粒子作用后, 其向检测端迁移的速率很慢, 这使免疫样品离子与 Au 纳米粒子有充足的时间相互作用, 使 Au 纳米粒子表面得到最大程度的覆盖, 从而使检测信号得到极大提高.

2.4 基于双重富集的毛细管电泳电化学免疫分析检测大肠杆菌

检测大肠杆菌采用非竞争免疫反应模式, 图 3a 是大肠杆菌酶标抗体(Ab*)的电泳谱图, 加入不同浓度的大肠杆菌抗原并进行孵育反应后, 免疫复合物(Ag-Ab*)的峰出现(图 3b-d), 且随着大肠杆菌浓度的增大, 免疫复合物的峰高增大.

图3 大肠杆菌免疫样品 Ab*(峰 1)和 Ag-Ab*(峰 2)的电泳谱图
Figure 3 Electropherograms of Ab* (peak 1) and the Ag-Ab* (peak 2) in immune samples. The concentration of Ab* were constant. Parts a, b, c, and d correspond to 0, 2.0, 20.0, and 100.0 cfu·mL⁻¹ *E. coli*, respectively.

在最佳实验条件下研究了检测大肠杆菌的工作曲线、线性范围、检出限和精密度(相对标准偏差, RSD). 图 4 为检测大肠杆菌的工作曲线图, 在 2.0~2000 cfu·mL⁻¹ 范围内, 大肠杆菌的浓度与 Ag-Ab* 的响应电流成良好的线性关系, 线性回归方程为 $y=0.33x+0.70$ (y 为 Ag-Ab* 的峰面积, μC ; x 为大肠杆菌的浓度, cfu·mL⁻¹), 线性相关系数 R 为 0.9937, 检出限为 1.0 cfu·mL⁻¹. 峰高、峰面积和迁移时间的 RSD ($n=5$) 分别为

2.6%, 3.5%和 3.1%.

图4 双重富集的毛细管电泳电化学免疫分析检测大肠杆菌的工作曲线

Figure 4 Calibration curve of *E. coli* in CE EC-IA with dual amplification

2.5 扇贝样品中大肠杆菌的检测

将扇贝样品提取的大肠杆菌经免疫反应后, 在本方法的最佳条件下进行检测, 结果如表 1 所示, 并将检测结果与国标法进行了对照, 两种检测方法的结果一致, 说明本方法准确、可靠. 与目前常用的国标法相比, 本方法只需经简单膜过滤即可进行富集、分离、检测, 检测灵敏度高, 分析速度快, 1 h 内即可完成单样本检测, 省去了细菌培养、吸附处理及电穿透处理等过程, 缩短了分析时间.

表1 扇贝样品中大肠杆菌检测结果

Table 1 Results of detection of *E. coli* in scallop samples using developed method

Sample No.	CE EC-IA with dual amplification/(cfu·mL ⁻¹)	RSD/%	GB method/(cfu·mL ⁻¹)	RSD/%	Relative error/%
1	349	1.75	356	3.91	1.97
2	163	2.37	168	5.18	2.98
3	78	3.89	82	6.76	4.88
4	525	1.26	529	3.62	0.76
5	94	3.52	98	6.35	4.08
6	217	2.91	223	4.57	2.69

3 结论

本文以 Au 纳米粒子作为多酶载体, 结合场放大进样预富集技术, 发展了一种双重富集的 CE EC-IA 分析技术. 采用低 pH 的堆积缓冲液降低电渗流, 可使进样时间延长至 6 min, 增大了进样量, 同时使样品离子与 Au 纳米粒子有充足的时间相互作用, 使 Au 纳米粒子表面得到最大程度的覆盖. 该双重富集作用使灵敏度提高 1400 倍, 对大肠杆菌的检出限达 1.0 cfu·mL⁻¹. 该法成

功用于扇贝样品中大肠杆菌的快速、灵敏、准确检测, 对实际样品中大肠杆菌的检测有着很好的应用前景。

4 实验部分

4.1 试剂

实验所用的试剂见支持信息。进样过程中所用的堆积缓冲溶液为 $50 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaH}_2\text{PO}_4 + 1.0 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{O}_2 + 1.0\% \text{PVP} + 0.5 \text{ nmol} \cdot \text{L}^{-1} \text{AuNPs}$ (pH 4.0), 分离过程中所用的运行缓冲溶液为 $50 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaH}_2\text{PO}_4 + 1.0 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{O}_2 + 1.0\% \text{PVP} + 0.5 \text{ nmol} \cdot \text{L}^{-1} \text{AuNPs}$ (pH 7.6)。

4.2 试验方法

大肠杆菌的培养、扇贝样品处理及 Au 纳米粒子的合成方法见支持信息。

4.2.1 免疫样品制备

大肠杆菌(抗原, Ag)与 HRP 标记大肠杆菌抗体(酶标抗体, Ab*)进行非竞争免疫反应:

具体操作为: 在 $200 \mu\text{L}$ 的微孵育管中加入 $10 \mu\text{L}$ 大肠杆菌标准样品或扇贝提取细菌样品, 再加入 $10 \mu\text{L}$ 酶标抗体, 用 $5.0 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 磷酸盐缓冲液(pH 4.0)稀释至 $50 \mu\text{L}$, 室温孵育 30 min , 大肠杆菌与酶标抗体进行免疫反应, 反应后的免疫样品溶液中有生成的免疫复合物(Ag-Ab*)和过量的酶标抗体。

4.2.2 场放大进样及 Au 纳米粒子双重富集的 CE 分离 EC 检测大肠杆菌免疫样品

实验前按下列顺序冲洗毛细管: $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HCl}$ (5 min), H_2O (2 min), $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ (15 min), H_2O (2 min), 缓冲溶液(10 min)。两次测定间用缓冲液冲洗 6 min 。

基于场放大进样及 Au 纳米粒子双重富集的 CE 分离 EC 检测大肠杆菌免疫样品的步骤如图 5 所示。毛细管内首先充满 pH 4.0 的堆积缓冲溶液, 在毛细管两端加 10 kV 电压电动进样, 免疫样品离子快速向毛细管迁移, 在毛细管入口端与缓冲溶液界面处迁移速率减慢, 进行场放大进样预富集(图 5a); 同时缓冲溶液中带负电荷的 AuNPs 向阳极迁移, 在毛细管入口端免疫样品吸附到 AuNPs 表面, 由于 AuNPs 的表面积/体积比大, 致其吸附容量很高^[20], 能将大量样品粒子吸附到其表面, 使样品离子得到进一步富集(图 5b); 低电渗流和 AuNPs 的高吸附容量使进样时间达 6 min , 然后将毛细管两端换为 pH 7.6 的运行缓冲溶液, 在 15 kV 的分离电压下, 检测池中的 OH^- 向阳极迁移, 使毛细管中的电渗流增大(图 5c); 免疫样品中的 Ab* 和 Ag-Ab* 在分离毛细管中分成不同的区带, 在电渗流的推动下进入反应毛细管, 在反应毛细管中标记在抗体上的 HRP 催化 H_2O_2 氧化邻苯二胺生成电活性物质(图 5d); 最后, 该电化学活性物质

图5 基于场放大进样及 Au 纳米粒子双重富集的 CE 分离 EC 检测大肠杆菌免疫样品

Figure 5 Evolution of dual amplification and CE separation with EC detection of *E. coli* immune sample

进入检测池, 在检测电势 0.1 V 进行 EC 检测, 检测电流的大小与标记在 Ag-Ab* 上的 HRP 的浓度成正比, 从而可对样品中的大肠杆菌进行定量分析。

References

- [1] Artault, S.; Blind, J. I.; Delaval, J.; Dureuil, Y.; Gaillard, N. *Int. Food Hyg.* **2001**, *12*, 23.
- [2] Kim, N.; Park, I. *Biosens. Bioelectron.* **2003**, *18*, 1101.
- [3] (a) Ruan, C.; Yang, L.; Li, Y. *Anal. Chem.* **2002**, *74*, 4814; (b) Gao, J. H.; Li, L. H.; Pak-leung, H.; Gannon, C. M.; Gu, H. W.; Xu, B. *Adv. Mater.* **2006**, *18*, 3145.
- [4] (a) Simpson, J. M.; Lim, D. V. *Biosens. Bioelectron.* **2005**, *21*, 881; (b) Malorny, B.; Lofstrom, C.; Wagner, M.; Kramer, N.; Hoorfar, J. *Appl. Environ. Microbiol.* **2008**, *74*, 1299.
- [5] (a) Jia, L.; Liu, B. F.; Terabe, S.; Nishioka, T. *Anal. Chem.* **2004**, *76*, 1419; (b) Thaitrong, N.; Liu, P.; Briese, T.; Lipkin, W. I.; Chiesl, T. N.; Higa, Y.; Mathies, R. A. *Anal. Chem.* **2010**, *82*, 10102; (c) Oukacine, F.; Garrelly, L.; Romestand, B.; Goodall, D. M.; Zou, T.; Cottet, H. *Anal. Chem.* **2011**, *83*, 1571; (d) Oukacine, F.; Quirino, J. P.; Garrelly, L.; Romestand, B.; Zou, T.; Cottet, H. *Anal. Chem.* **2011**, *83*, 4949.
- [6] Gehring, A. G.; Brewster, J. D.; Irwin, P. L.; Tu, S. I.; Houten, L. J. *V. J. Electroanal. Chem.* **1999**, *469*, 27.
- [7] Ruan, C.; Yang, L.; Li, Y. *Anal. Chem.* **2002**, *74*, 4814.
- [8] Zhu, Q.; Xu, X.; Huang, Y.; Xu, L.; Chen, G. *J. Chromatogr. A* **2012**, *1246*, 35.
- [9] Zhang, H.; Zhu, J.; Qi, S.; Yan, N.; Chen, X. *Anal. Chem.* **2009**, *81*, 8886.
- [10] Bahga, S. S.; Chambers, R. D.; Santiago, J. G. *Anal. Chem.* **2011**, *83*, 6154.
- [11] Zhang, X. W.; Zhang, Z. X. *J. Pharmaceut. Biomed.* **2011**, *56*, 330.
- [12] Quirino, J. P. *Electrophoresis* **2009**, *30*, 875.

- [13] Zhu, Z.; Zhou, X.; Yan, N.; Zhou, L.; Chen, X. *J. Chromatogr. A* **2010**, *1217*, 1856.
- [14] Ibarra, I. S.; Rodriguez, J. A.; Miranda, J. M.; Vega, M.; Barrado, E. *J. Chromatogr. A* **2011**, *1218*, 2196.
- [15] Choi, J.; Choi, K.; Kim, J.; Ahmed, A. Y. B. H.; AL-Othman, Z. A.; Chung, D. S. *J. Chromatogr. A* **2011**, *1218*, 7227.
- [16] Cheng, Y.-X.; Liu, Y.-J.; Huang, J.-J.; Feng, Z.; Xian, Y.-Z.; Wu, Z.-R.; Jin, L.-T. *Chin. J. Chem.* **2008**, *26*, 302.
- [17] Huang, J.-J.; Cheng, Y.-X.; Liu, Y.-J.; Li, K.; Xian, Y.-Z.; Jin, L.-T. *Acta Chim. Sinica* **2009**, *67*, 2329. (黄晶晶, 程欲晓, 刘亚军, 李康, 鲜跃仲, 金利通, 化学学报, **2009**, *67*, 2329.)
- [18] Liu, H.-J.; Teng, Y.-Q.; Zhang, X.-A.; Fu, Y.; Zhang, W.; Jin, L.-T. *Chem. J. Chin. Univ.* **2010**, *31*, 1131. (刘慧杰, 滕瑛巧, 张新爱, 符莹, 张文, 金利通, 高等学校化学学报, **2010**, *31*, 1131.)
- [19] Li, Z.-Y.; He, L.; He, N.-Y.; Shi, Z.-Y.; Wang, H.; Li, S.; Liu, H.-N.; Dai, Y.-B. *Acta Chim. Sinica* **2010**, *68*, 251. (李智洋, 何磊, 何农跃, 史智扬, 汪华, 李松, 刘洪娜, 戴亚斌, 化学学报, **2010**, *68*, 251.)
- [20] Göransson, J.; De La Torre, T. Z. G.; Strömberg, M.; Russell, C.; Svedlindh, P.; Strømme, M.; Nilsson, M. *Anal. Chem.* **2010**, *82*, 9138.
- [21] Gao, J.; Liu, D.; Wang, Z. *Anal. Chem.* **2010**, *82*, 9240.
- [22] Neiman, B.; Grushka, E.; Lev, O. *Anal. Chem.* **2001**, *73*, 5220.
- [23] Pumera, M.; Wang, J.; Grushka, E.; Polsky, R. *Anal. Chem.* **2001**, *73*, 5625.
- [24] Huang, M. F.; Kuo, Y. C.; Huang, C. C.; Chang, H. T. *Anal. Chem.* **2004**, *76*, 192.
- [25] Shiddiky, M. J. A.; Shim, Y. B. *Anal. Chem.* **2007**, *79*, 3724.
- [26] Liu, Y.; Mei, L.; Liu, L.; Peng, L.; Chen, Y.; Ren, S. *Anal. Chem.* **2011**, *83*, 1137.
- [27] Yu, C. J.; Su, C. L.; Tseng, W. L. *Anal. Chem.* **2006**, *78*, 8004.
- [28] (a) Chang, C. W.; Tseng, W. L. *Anal. Chem.* **2010**, *82*, 2696; (b) Chang, C. W.; Chu, S. P.; Tseng, W. L. *J. Chromatogr. A* **2010**, *1217*, 7800.
- [29] (a) Mucic, R. C.; Storhoff, J. J.; Mirkin, C. A.; Letsinger, R. L. *J. Am. Chem. Soc.* **1998**, *120*, 12674; (b) Hill, H. D.; Mirkin, C. A. *Nat. Protoc.* **2006**, *1*, 324.

(Zhao, X.)