比率检测高/半胱氨酸荧光染料的合成及活细胞成像研究

王魁* 刘自力 蒋凯

(河南师范大学化学化工学院 新乡 453007)

摘要 经一步简单反应获得了一例长波长尼罗蓝衍生物荧光染料 RB-S. 该染料分子 RB-S 对高/半胱氨酸具有明显的荧光响应, 且随着高/半胱氨酸浓度(0.03~0.33 $\mu\text{mol/L}$)逐渐增加, 染料荧光强度在 685 nm 处减弱, 相应地在 755 nm 处增强, 在 685 与 755 nm 处的荧光变化具有良好线性关系的比率荧光变化. 通过高效液相色谱-质谱联用技术以及核磁共振氢谱研究了染料分子检测高/半胱氨酸的机理. 试验结果表明: 染料分子中的醛基与高/半胱氨酸发生成环反应生成噻唑烷. 在体外溶液测试中(pH=7.4), 染料分子 RB-S 对高/半胱氨酸的检出限为 0.025 $\mu\text{mol/L}$, 且不存在其他物质干扰, 成功用于血清样品中高/半胱氨酸荧光比率检测. 染料分子 RB-S 具有良好的活细胞膜通透性, 使其能够对活细胞内高/半胱氨酸荧光比率成像.

关键词 高/半胱氨酸; 荧光染料; 尼罗蓝; 比率型; 细胞成像

Synthesis and Imaging Performance Research of a Ratio Fluorescent Dye for the Determination of Homocysteine/Cysteine in Living Cell

Wang, Kui* Liu, Zili Jiang, Kai

(School of Chemistry and Chemical Engineering, Henan Normal University, Xinxiang 453007, China)

Abstract A Nile Blue based near-infrared fluorescent dye (RB-S) was reported, which was synthesized by a simple one-step reaction between 5-(dimethylamino)-2-nitrosophenol and 1-naphthaldehyde under mild reaction conditions. RB-S was well characterized using ^1H NMR, ^{13}C NMR, and TOF-MS. RB-S showed a significant fluorescent response to different concentrations of homocysteine or cysteine in the acetonitrile-water solution (4 : 1, V/V , r.t.). Furthermore, with the concentration of homocysteine or cysteine increasing, the fluorescent intensity of RB-S at 755 nm increased gradually, and that at 685 nm decreased. Excitingly, there was a linear ratio fluorescent response ($I_{755\text{ nm}}/I_{685\text{ nm}}$) to the concentration of homocysteine or cysteine in the range of 0.03~0.33 $\mu\text{mol/L}$. The recognition mechanism of the ratio fluorescent response to homocysteine or cysteine was verified by two experiment methods (high performance liquid chromatography-mass spectrum hyphenation technology and ^1H NMR titration) in this paper. A lot of detailed experiment results indicated that the ratio fluorescent response of RB-S to homocysteine or cysteine is most likely the result of the cyclization reaction of the aldehyde group to a thiazolidine group. The detection limit of RB-S for homocysteine or cysteine was determined as 0.025 $\mu\text{mol/L}$ ($3\sigma/k$) in the acetonitrile-water solution (4 : 1, V/V , r.t.). Besides sensitivity, the selectivity of RB-S for homocysteine or cysteine was another very important parameter to evaluate in this paper. The selectivity experiments of RB-S were extended to 51 kinds of other biological-related species, including ion, amino acid and so on. All the experiment results demonstrated that RB-S was highly selective for homocysteine or cysteine over other related species and could meet the selective requirements for the fluorescent bioimaging and detecting of homocysteine or cysteine *in vivo* and *in vitro*. Therefore, RB-S was successfully used to ratio fluorescent detect and image homocysteine or cysteine in serum samples and living cells by fluorescence spectrum and confocal fluorescence microscopic imaging, respectively.

Keywords homocysteine/cysteine; fluorescent dye; Nile Blue; ratio; cell imaging

1 引言

巯基化合物在生物体的氧化还原过程中起着至关重要的作用^[1-3]. 其中高/半胱氨酸是维持细胞和组织生长, 以及生物氧化还原平衡的重要物质^[4]. 近些年许多研究表明: 巯基化合物不仅能够调节体内氧化还原平衡, 抵御氧化应激, 延缓机体衰老, 增强机体免疫力,

而且在排毒、解毒等方面发挥重要作用. 然而, 当高/半胱氨酸含量异常也会引起很多负面的影响. 例如, 半胱氨酸缺乏与儿童生长缓慢、肝损伤等疾病及综合症密切相关^[5]. 过高浓度的高半胱氨酸会显著提高心脏疾病的发病率, 并可能诱发阿尔茨海默症、神经中枢缺陷等^[6].

近年来, 小分子巯基化合物的荧光染料因其具有高灵敏度、高选择性以及非生物破坏性等优点而被广泛用

* E-mail: wanky8081@foxmail.com

Received March 18, 2014; published April 17, 2014.

Supporting information for this article is available free of charge via the Internet at <http://sioc-journal.cn>.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 61176004).

项目受国家自然科学基金(No. 61176004)资助.

于活细胞检测及成像^[7~14]. 马会民教授研究组^[13]和韩克利教授研究组^[14]分别报道了两例基于不同荧光团的用于检测细胞内巯基小分子的荧光染料, 并证明部分巯基小分子在细胞内的含量低于 $0.1 \mu\text{mol/L}$. 已报道的荧光染料的检测机理主要集中于迈克尔加成反应^[15~17]、磺酰胺或磺酯键的裂解反应^[18]、金属配合物取代配位反应和二硫键断裂反应等^[19~22]. 但是, 由于小分子巯基化合物结构上相似性, 在活细胞内区分检测高/半胱氨酸与谷胱甘肽对生物体生理病理的影响, 具有重要的意义. Strongin 研究组^[23]利用迈克尔加成反应设计合成了一例荧光探针, 该探针对于高/半胱氨酸的检测限分别为 0.11 和 $0.18 \mu\text{mol/L}$, 可对血清中高/半胱氨酸进行荧光检测, 但未报道相关细胞内检测结果. 鉴于至今未报道用于细胞内低浓度的高/半胱氨酸比例荧光检测的染料, 本工作根据樊江莉研究组^[24]报道的尼罗蓝染料母体, 设计合成了一例比率型荧光染料, 该染料可以区别谷胱甘肽检测高/半胱氨酸, 且具有响应时间短、不受其他离子干扰、灵敏度高、细胞膜穿透性好等特点.

2 结果与讨论

2.1 高/半胱氨酸对荧光染料的荧光光谱的影响

在工作中, 首先考察了探针分子的测试溶液体系. 由测试结果(图 1)可以看出: 染料分子 RB-S 在乙腈-水(体积比 4:1)的溶液体系中对一定含量的高/半胱氨酸具有最高的荧光响应, 在 DMEM 培养基中也具有相同强度的荧光响应, 而在纯水中的荧光强度较弱. 染料分子在不同测试溶液体系中表现出的明显荧光强度差异, 有可能是由于染料分子大的共轭体系导致的其溶解性在不同溶液体系中的不同. 因此, 在本工作中, 体外测试均采用乙腈-水(体积比 4:1)的溶液作为测试体系, 在细胞内均采用 DMEM 培养基作为基底液进行培养孵育细胞.

图 1 染料 RB-S ($5.0 \mu\text{mol/L}$) 测试溶液体系的选择, 高半胱氨酸($0.2 \mu\text{mol/L}$).

Figure 1 Selecting test solution system of RB-S ($5.0 \mu\text{mol/L}$) for homocysteine ($0.2 \mu\text{mol/L}$).

本文在含有 RB-S ($5 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$) 的乙腈-水(体积比 4:1)的混合溶剂中, 对高/半胱氨酸进行滴定实验. 试验结果(如图 2 所示)表明: 随着不同浓度的高/半胱氨酸加入, 其 639 nm 处的吸收强度有微弱的增加. 这是由于染料分子本身的摩尔消光系数就很大, 高/半胱氨酸的加入所引起的紫外吸收变化相对较小.

图 2 染料 RB-S ($5.0 \mu\text{mol/L}$) 加入高半胱氨酸($0 \sim 1.0 \mu\text{mol/L}$) 的荧光光谱变化曲线. (b) RB-S ($5.0 \mu\text{mol/L}$) 在 685 与 755 nm 荧光发射处的比率($I_{755 \text{ nm}}/I_{685 \text{ nm}}$)与加入的高半胱氨酸($0 \sim 1.0 \mu\text{mol/L}$) 的线性关系.

Figure 2 The fluorescence change (a) of RB-S with homocysteine ($0 \sim 1.0 \mu\text{mol/L}$), the linear relationship (b) between $I_{755 \text{ nm}}/I_{685 \text{ nm}}$ of RB-S and concentration of homocysteine ($0 \sim 1.0 \mu\text{mol/L}$).

如图 2a 所示, 随着高/半胱氨酸的加入, 染料 RB-S 在 685 nm 处的发射峰逐渐下降, 而在 755 nm 处出现一个新的发射峰. 同时, 在优化实验条件下, 随着高/半胱氨酸的逐渐加入, 染料 RB-S 在 685 与 755 nm 处的荧光强度比值呈现明显的线性变化. 且线性变化范围 $0.03 \sim 0.33 \mu\text{mol/L}$ (如图 2b 所示), 检出限为 $0.025 \mu\text{mol/L}$. 此测试结果说明该染料可以用于生理环境范围内的高/半胱氨酸进行比率型检测^[7~12].

2.2 离子及氨基酸的干扰性实验

采用常见的离子、氨基酸作为干扰物, 考察染料分子 RB-S 对于高/半胱氨酸的选择识别能力及抗干扰能力.

如图 3a 黑色柱状所示, 在乙腈-水($V:V=4:1$)混合溶液中加入一定量的高/半胱氨酸后, RB-S 体系的荧光强度在 5.0 min 内有很大程度的荧光增强; 而在相同的条件下, 加入 100 equiv. 当量的 K^+ , Ca^{2+} , Na^+ , Mg^{2+} , Al^{3+} , Fe^{2+} 等离子后, 染料分子 RB-S 对其没有明显的荧光响应。同时, 试验结果(如图 3b 黑色柱状所示)显示:

图 3 干扰性实验. 黑色柱状代表染料分子 RB-S(5.0 $\mu\text{mol/L}$)对高/半胱氨酸(5.0 $\mu\text{mol/L}$)及不同离子(a, 100 equiv.)和氨基酸(b, 100 equiv. 还原型谷胱甘肽 1000 equiv.)干扰物的荧光响应, 红色柱状代表向前述含有不同离子(a, 100 equiv.)和氨基酸(b, 100 equiv.)干扰物的溶液中加入高/半胱氨酸后的染料分子 RB-S 的荧光响应. (a)从左至右依次为: K^+ , Ca^{2+} , Na^+ , Mg^{2+} , Al^{3+} , Fe^{2+} , Zn^{2+} , Fe^{3+} , CO_3^{2-} , Hg^{2+} , Cu^{2+} , Cu^+ , Mn^{2+} , Ba^{2+} , Ag^+ , Cr^{3+} , Ni^{2+} , OH^- , Cl^- , I^- , Pb^{2+} , Cd^{2+} , CH_3COO^- , NO_3^- , SO_4^{2-} , HSO_4^- . (b)从左至右依次为: 高半胱氨酸、半胱氨酸、半蛋氨酸、谷氨酰胺、缬氨酸、精氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸、苏氨酸、甘氨酸、赖氨酸、组氨酸、天冬氨酸、异亮氨酸、胱氨酸、高胱氨酸、丙氨酸、丝氨酸、色氨酸、天冬酰胺、亮氨酸、谷氨酸、胱氨酸、酪氨酸、还原型谷胱甘肽(1000 equiv.). 测试温度: 25 $^{\circ}\text{C}$.

Figure 3 Interference experiment. Black columnar represent the fluorescence intensity of RB-S (5.0 $\mu\text{mol/L}$) for homocysteine/cysteine (5.0 $\mu\text{mol/L}$), different ion (a, 100 equiv.) and amino acid (b, 100 equiv., reduced glutathione 1000 equiv.). Red columnar represent the fluorescence intensity of RB-S (10 $\mu\text{mol/L}$) after added the amino acid (b, 100 equiv.) into the mentioned above solution which included the different ion (a, 100 equiv.) and amino acid (b, 100 equiv., reduced glutathione 1000 equiv.). (a) From left to right in the order: K^+ , Ca^{2+} , Na^+ , Mg^{2+} , Al^{3+} , Fe^{2+} , Zn^{2+} , Fe^{3+} , CO_3^{2-} , Hg^{2+} , Cu^{2+} , Cu^+ , Mn^{2+} , Ba^{2+} , Ag^+ , Cr^{3+} , Ni^{2+} , OH^- , Cl^- , I^- , Pb^{2+} , Cd^{2+} , CH_3COO^- , NO_3^- , SO_4^{2-} , HSO_4^- . (b) From left to right in the order: homocysteine, cysteine, valine, methionine, glutamine, arginine, phenylalanine, proline, threonine, glycine, lysine, histidine, aspartic acid, isoleucine, cystine, homocysteine, alanine, serine, tryptophan, asparagine, leucine, glutamic acid and cystine, tyrosine and reduced glutathione (1000 equiv.). Test temperature: 25 $^{\circ}\text{C}$.

在不同氨基酸(100 equiv.)存在下, 染料分子 RB-S 也仍未表现出明显的荧光响应. 由此可说明染料 RB-S 对高/半胱氨酸具有专一的选择性识别能力.

竞争试验表明(如图 3a, 3b 红色柱状所示): 在测试体系中存在有不同离子(a, 100 equiv.)和氨基酸(b, 100 equiv.)等干扰物时, 染料 RB-S 对高/半胱氨酸仍能表现出明显的强烈荧光信号. 即染料分子 RB-S 对高/半胱氨酸的检测具有良好的抗干扰能力.

2.3 pH 对染料荧光强度的影响

为了进一步验证染料 RB-S 是否适合在生物体内对高/半胱氨酸进行检测成像, 在工作中考察了 pH 对染料分子 RB-S 荧光强度的影响. pH 滴定曲线(如图 4 所示)经 Boltzmann Fit 分析, 拟合获得染料分子的 $pK_a=3.56$. 由此说明: 染料在较宽的 pH 范围内($pH=4.0\sim 10$), 染料分子 RB-S 的荧光强度保持一个较稳定状态. 因此, 染料分子在生物环境的 pH 范围内可稳定的对高/半胱氨酸进行检测成像.

图 4 pH 对染料分子 RB-S (5.0 $\mu\text{mol/L}$)的荧光强度影响. 溶液体系为乙腈-水(4:1, V/V , 室温).

Figure 4 Influence of pH on fluorescence at 685 nm for RB-S (5.0 $\mu\text{mol/L}$) in acetonitrile-water solution (4:1, V/V , r.t.).

2.4 识别机理研究

为了进一步说明染料 RB-S 与高/半胱氨酸的反应机理, 将染料分子 RB-S 与高半胱氨酸的反应液进行液质联用测试, 测试结果显示: 染料分子 RB-S ($C_{19}H_{15}N_2O_2^+$ [M] $^+$: 303.1134, found 303.1145)与高半胱氨酸反应后生成一个新分子 RB-SI ($C_{22}H_{20}N_3O_3^+$ [M] $^+$: 406.1225, found 406.1239). 同时通过核磁滴定图谱的变化可知, 随着高半胱氨酸的不断加入, δ 9.86 处的醛基氢逐渐消失, 而出现了 δ 5.81 和 5.69 处的两个新峰(如图 5a 所示), 由上述实验结果及根据已报道的反应类型推测, 这与四氢噻唑非对映异构体上的次亚基氢位置相同. 由此可断定: 高/半胱氨酸的氨基、巯基与染料的醛基进行了成环反应所导致的氢的位置发生了变化(如图 5b 所示). 即, 染料分子 RB-S 是一例反应型检测高/半胱氨酸的染料分子.

图5 染料与高/半胱氨酸的反应机理.

Figure 5 The reaction mechanism between dye and homocysteine/cysteine

2.5 血清中高/半胱氨酸的检测

取血清(由河南师范大学附属医院提供)1.0 mL 于 50 mL 容量瓶中,用新煮沸冷却的蒸馏水稀释至刻度.按照加标回收方法对血清中高/半胱氨酸进行检测,结果见表 1.

表1 血清中高/半胱氨酸的加标回收

Table 1 The recovery of homocysteine/cysteine in serum

样品	加入量/ ($\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)	测得量/ ($\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)	回收率/ %	RSD/% ($n=5$)
血清	0.1200	0.1203	100.3	2.53
	0.1500	0.1511	100.7	1.18
	0.1800	0.1794	99.67	1.41

2.6 细胞内高/半胱氨酸的成像

应用流式细胞仪检测获得了染料分子在细胞内的荧光强度和染料含量的相对值. 试验结果显示: 当用 $5.0 \mu\text{mol/L}$ 的染料孵育细胞时, 检测到细胞内的染料 RB-S 含量为 $4.6 \mu\text{mol/L}$ ($n=5$, $R=0.996$). 因此可以说用于孵育细胞的染料几乎可全部穿透细胞膜进入到细胞内部. 即染料分子 RB-S 具有良好的活细胞膜通透性, 能跨膜进入活细胞, 这也为其在活细胞内检测高/半胱氨酸提供了基础.

本文应用去氧肾上腺素(PE)刺激细胞产生高半胱氨酸. 其中为了区别不同荧光接收波段, 在仪器设置中将 $675\sim 695 \text{ nm}$ 荧光信号赋予绿色, 将 $745\sim 765 \text{ nm}$ 的荧光信号赋予红色. 由图 6a 可以看出, 当细胞内未加入去氧肾上腺素(PE)时, 荧光信号主要集中在 $675\sim 695 \text{ nm}$ 波段, 而 $745\sim 765 \text{ nm}$ 的荧光信号相对较弱, 这与体

图6 染料 RB-S 在活细胞内的高/半胱氨酸的成像, (a)去氧肾上腺素 PE 浓度 0, (b)去氧肾上腺素 PE 浓度 $100 \mu\text{mol/L}$.Figure 6 Homocysteine/cysteine in living cell imaging by dye RB-S. (a) the concentration of PE is $0 \mu\text{mol/L}$, (b) the concentration of PE is $100 \mu\text{mol/L}$.

外测试相符合, 说明此时细胞内源性的高半胱氨酸相对较少; 而当加入 $100 \mu\text{mol/L}$ 的去氧肾上腺素(PE)时, 由于 PE 的作用刺激细胞内高半胱氨酸的产生, 从而出现图 6b 的结果, 即相对图 6a 而言, $675\sim 695 \text{ nm}$ 波段的荧光信号减弱, 而 $745\sim 765 \text{ nm}$ 的荧光信号增强. 这也说明了细胞内的高半胱氨酸含量的逐渐增高. 由上述实验

结果表明, 本文中报道的荧光染料 RB-S 可以用于活细胞内不同信号波段的比率高/半胱氨酸的成像。

3 结论

本文报道了一例以尼罗蓝为母体的用于比例检测活细胞内高/半胱氨酸的长波长荧光染料 RB-S。该染料分子 RB-S 对高/半胱氨酸具有明显的荧光响应并呈现比率荧光变化。染料分子 RB-S 对高/半胱氨酸的检出限为 0.025 $\mu\text{mol/L}$, 可用于血清内高/半胱氨酸荧光检测。同时该染料能够进入活细胞, 对活细胞内不同高/半胱氨酸含量可进行荧光比率成像。通过液质联用以及核磁滴定验证, 染料分子检测高/半胱氨酸的机理属于醛基与巯基生成噻唑烷的机理。

4 实验部分

4.1 仪器与试剂

采用 Varian INOVA 400 核磁共振谱仪(美国 Varian 公司)测得化合物的核磁谱图, TMS 为内标; 通过 HP 1100LC/MSD 质谱仪(美国 Agilent 公司)测得电喷雾质谱(ESI-MS)数据。紫外-可见吸收光谱在 HP-8453 分光光度计(美国 Agilent 公司)上测得; 荧光光谱在 FP-6500 荧光分光光度计(日本 Jasco 公司)上测得。细胞成像采用奥林巴斯公司出品的 FV1000 进行测试。常见金属或阴离子标准溶液: 准确称取一定量的硝酸盐或氯化物溶于乙腈-水(体积比 4:1)混合溶剂中, 制成浓度为 1.0 g/L 的贮备液, 冰箱冷藏保存, 使用时根据需要适当稀释。实验用水均为二次蒸馏水, 所用试剂均为分析纯。

4.2 化合物的合成及表征

按照参考文献[24]的合成方法制备目标荧光染料 RB-S。化合物经质谱核磁表征正确。

^1H NMR (400 MHz, CD_3OD) δ : 3.63 (s, 3H), 4.01 (s, 1H), 7.00 (d, $J=4$ Hz, 1H), 7.18 (s, 1H), 7.41 (d, $J=8$ Hz, 1H), 7.87~7.95 (m, 1H), 7.96 (t, $J=8$ Hz, 2H), 8.54 (d, $J=8$ Hz, 1H), 9.87 (d, $J=8$ Hz, 1H); ^{13}C NMR (100 MHz, CD_3OD) δ : 38.11, 93.25, 95.75, 116.66, 123.02, 123.30, 124.15, 129.46, 131.29, 132.91, 133.13, 148.55, 151.92, 156.80, 157.58; TOF MS m/z (%) calcd for $\text{C}_{19}\text{H}_{15}\text{N}_2\text{O}_2^+$ $[\text{M}]^+$: 303.1134, found 303.1145.

4.3 紫外吸收光谱及荧光发射光谱的测定

用移液枪移取 3 μL 的染料母液(5 mmol/L)于含有 3 mL 乙腈-水(体积比 4:1)混合测试溶剂的石英比色皿中, 将溶液混合均匀, 得到溶液染料浓度为 5.0 $\mu\text{mol/L}$,

从而测定染料的基本光谱数据。对于滴定实验, 用移液枪控制每次高/半胱氨酸的加入量, 每滴定一次测定一次光谱数据, 每次滴定后, 观察光谱。以 639 nm 激发, 测试其荧光发射光谱, 狭缝保持一定不变。保证每次加入的高/半胱氨酸体积不超过测试溶液体积的 1%。

4.4 细胞的培养与染色

采用乳腺癌细胞株 MCF-7 作为试验对象。于 37 $^{\circ}\text{C}$, 5% CO_2 条件下培养 24 h。然后加入 2 μL 的 RB-S (5.0 mmol/L)染料 DMSO 母液使其在培养基(DMEM)中的浓度为 5.0 $\mu\text{mol/L}$, 于 37 $^{\circ}\text{C}$, 5% CO_2 条件下孵育 15 min, 弃去培养基, 生理盐水清洗, 加入一定新鲜的培养基, 在 FV1000 倒置荧光显微镜下观察细胞内成像情况。并加入去氧肾上腺素刺激细胞内产生高/半胱氨酸。

References

- [1] Wood, Z. A.; SchrDer, E.; Robin, H. J. *Trends. in Biochem. Sci.* **2003**, 28, 32.
- [2] Lin, L.; Cao, X. N.; Zhang, W.; Zhou, Y. Y.; Li, J. H.; Jin, L. T. *Chin. J. Anal. Chem.* **2003**, 31, 261. (林丽, 曹旭妮, 张文, 周宇艳, 李金花, 金利通, 分析化学, **2003**, 31, 261.)
- [3] Zheng, H. Z.; Bai, W. J.; Long, Y. J.; Gao, M.; Zhang, L. Y. *Scientia Sinica Chimica* **2011**, 41, 1031. (郑鹤志, 白文君, 隆异娟, 高梅, 张凌燕, 中国科学:化学, **2011**, 41, 1031.)
- [4] Carmel, R.; Jacobsen, D. W. *Homocysteine in Health and Disease*, Cambridge University Press, Cambridge, England, **2001**, p. 213.
- [5] Sahrokhian, S. *Anal. Chem.* **2001**, 73, 5972.
- [6] Seshadri, S.; Beiser, A.; Selhub, J. N. *Engl. J. Med.* **2002**, 346, 476.
- [7] Chu, N. N.; Feng, C. L.; Ji, M. *Acta Chim. Sinica* **2013**, 71, 1495. (楚宁宁, 冯成亮, 吉民, 化学学报, **2013**, 71, 1495.)
- [8] Zhang, M.; Li, M. Y.; Zhao, Q. *Tetrahedron Lett.* **2007**, 48, 2329.
- [9] Lin, W. Y.; Long, L. L.; Yuan, L. *Org. Lett.* **2008**, 10, 5577.
- [10] Zhang, X. J.; Ren, X. S.; Xu, Q. H. *Org. Lett.* **2009**, 11, 1257.
- [11] Lu, J. X.; Ma, H. M. *Chin. Sci. Bull.* **2012**, 57, 1462. (陆金鑫, 马会民, 科学通报, **2012**, 57, 1462.)
- [12] Li, X. H.; Gao, X. H.; Shi, W.; Ma, H. M. *Chem. Rev.* **2014**, 114, 590.
- [13] Wan, Q. Q.; Song, Y. C.; Li, Z.; Gao, X. H.; Ma, H. M. *Chem. Commun.* **2013**, 49, 502.
- [14] Yu, F.; Li, P.; Song, P.; Wang, B.; Zhao, J.; Han, K. *Chem. Commun.* **2012**, 48, 2852.
- [15] Matsumoto, T.; Urano, Y.; Shoda, T. *Org. Lett.* **2007**, 9, 3375.
- [16] Langmuir, M. E.; Yang, J. R.; Moussa, A. M. *Tetrahedron Lett.* **1995**, 36, 3989.
- [17] Silva, A. P. D. *Tetrahedron Lett.* **1998**, 39, 5077.
- [18] Rusin, O.; Luce, N. N.; Agbaroa, R. A. *J. Am. Chem. Soc.* **2003**, 126, 438.
- [19] Maeda, H.; Katayama, K.; Matsuno, H. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2006**, 45, 1810.
- [20] Jiang, W.; Fu, Q.; Fan, H.; Wang, W. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2007**, 46, 8445.
- [21] Tang, B.; Xing, Y. L.; Li, P. *J. Am. Chem. Soc.* **2007**, 129, 11666.
- [22] Wang, Y. Z.; Chen, L. X.; Song, J. L.; Cao, W. *Acta Chim. Sinica* **2008**, 66, 2285. (王亚洲, 陈立新, 宋家乐, 曹魏, 化学学报, **2008**, 66, 2285.)
- [23] Yang, X. F.; Guo, Y. X.; Strongin, R. M. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2011**, 50, 10690.
- [24] Fan, J. L.; Dong, H. J.; Hu, M. M.; Wang, J. Y.; Zhang, H.; Zhu, H.; Sun, W.; Peng, X. J. *Chem. Commun.* **2014**, 50, 882.

(Zhao, X.)