登革热病毒检测的生物传感技术

师瑶^{a,b} 夏乾峰^a 何政清^{a,b} 鞠焜先^{*b}

(^a 海南医学院热带医学与检验医学学院 热带转化医学教育部重点实验室 海口 571199)

(^b 南京大学化学化工学院 生命分析化学国家重点实验室 南京 210023)

摘要 登革热病毒是由伊蚊传播的单链 RNA 病毒, 属于黄病毒科。目前暂无靶向抗病毒药物及有效疫苗能够及时防控。由于其临床检测的重要性, 近年来, 陆续出现了检测登革热病毒感染的新方法, 试图早期发现并控制这种感染。本综述主要阐述登革热病毒诊断相关标志物检测的生物传感技术, 包括光学、电化学、酶联免疫吸附试验等生物传感方法, 对不同检测方法的灵敏度、准确性、检测范围、检测限和临床应用能力进行综合评价, 以利于进一步提高这些技术的检测性能, 促进该领域的发展, 并为登革热病毒感染的早期诊断提供参考。

关键词 登革热病毒; 早期感染; 生物传感器; 检测技术; 早期诊断; 核酸检测

Biosensing Technology for Dengue Virus Detection

Shi, Yao^{a,b} Xia, Qianfeng^a He, Zhengqing^{a,b} Ju, Huangxian^{*b}

(^a Key Laboratory of Tropical Translational Medicine of Ministry of Education, School of Tropical Medicine and Laboratory Medicine, Hainan Medical University, Haikou 571199, China)

(^b State Key Laboratory of Analytical Chemistry for Life Science, School of Chemistry and Chemical Engineering, Nanjing University, Nanjing 210023, China)

Abstract Dengue virus is a single-stranded RNA virus transmitted by mosquitoes, belonging to the flaviviridae. Currently, there are no targeted antiviral drugs and effective virus vaccines of timely prevention. Due to the importance of clinical detection, new methods for detecting Dengue virus infection have emerged in recent years, trying to detect and control this infection early. This review mainly describes the biosensing technologies for the detection of Dengue virus related diagnostic markers, including optical, electrochemical, enzyme-linked immunosorbent assay and other biosensing methods, and comprehensively evaluates the sensitivity, accuracy, concentration range, detection limit and clinical application ability of different detection methods, so as to further improve the detection performance of these technologies, and to promote the development of this field. It will provide references for the early diagnosis of Dengue virus infection.

Keywords Dengue virus; early infection; biosensor; detection technology; early diagnosis; nucleic acid test

1 引言

登革热病毒(Dengue virus, 简称 DENV)是一种单链 RNA 病毒, 属于黄病毒科^[1]。由埃及伊蚊和白伊蚊叮咬具有传染性的脊椎动物宿主进行传播^[2]。这种病毒有四种不同的抗原相关病毒血清型(DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4)和三种不同的病理表现: 登革热(Dengue fever, 简称 DF), 登革热出血热(Dengue hemorrhagic fever, 简称 DHF), 登革热休克综合征(Dengue shock syndrome, 简称 DSS)^[3]。登革热病毒的感染从无症状到严重并发症, 存在不同的疾病症状^[4-6]。目前, 全球登革热疫情爆发严重, 每年约有 3.9 亿人感染 DENV, 广泛盛行于 128 个国家和地区^[5,7-8]。其中 75% 的感染病例主要来自于亚太地区^[9-10], 其中每年感染登革热出血症状人数超过 1 亿人, 死亡率达 2.5%^[11]。因此预防该疾

病的感染, 主要集中在快速可靠的早期诊断^[12-13]。

各种传统方法已被应用于登革热病毒诊断相关标志物的检测(诸如细胞培养的病毒分离、血清学方法和分子生物学技术等)^[14]。但是, 这些方法需要耗时的培养和特殊或昂贵的设备, 都无法在早期阶段中检测到 DENV 的感染^[15-16]。近年来, 生物传感技术由于其高准确度、高灵敏度、高特异性及简单易行等优点, 在登革热病毒检测方面引起广泛关注^[17-19]。通常, 生物传感器可分为光学、电化学和基于小型化微系统等传感器。光学生物传感器测定涉及比色、表面增强拉曼散射(SERS)、荧光测定、表面等离子共振(SPR)等。电化学生物传感器也可以细分为伏安、安培、阻抗和电位测定等方法的生物传感器^[19]。从技术层面来看, 微小型系统的生物传感器已被认为是登革热各种血清型检测的先进策略^[20]。通过检测特异性生物受体, 这些测定方法能够

* E-mail: hxju@nju.edu.cn; Tel.: 025-89683593

Received August 29, 2021; published October 22, 2021.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 21635005, 21827812, 21890741).

项目受国家自然科学基金(Nos. 21635005, 21827812, 21890741)资助。

更可靠地筛查出病毒的所有血清型^[21], 为未来临床应用提出了设计生物传感器的方向, 同时也消除了多年来检测技术未解决的许多挑战^[22-23]. 本文将从不同生物传感类型与检测方法的灵敏度、准确度、检测限、检测范围、临床应用等方面论述登革热病毒检测的研究进展.

2 传统技术

2.1 病毒分离培养

从细胞培养中直接分离出病毒, 是检测登革热病毒感染的黄金标准^[24]. 但是登革热病毒血症通常出现在发热后的 2~5 d, 一般需要 5~10 d 才可以完成病毒的分离, 且灵敏度仅有 40.5%. 虽然这种方法特异性高, 但细胞培养所需时间较长且需要无菌环境, 对仪器设备的要求也高, 同时, 检测途中存在时间窗口期. 因此, 细胞培养不利于急性期病人的快速诊断^[25-26].

2.2 免疫学方法检测

酶联免疫吸附测定(ELISA)被认为是最有用和有效的临床诊断工具, 广泛应用于疾病的检测, 如传染病和癌症生物标志物^[27-28]. 该方法耗时, 需要特定或昂贵的实验室设备和专业技术人员, 且检测灵敏度低, 不宜用于病毒检测^[29-30]. 为解决 ELISA 的缺陷, Thiha 等^[31]对 ELISA 的反应过程进行了微型化改进, 在芯片实验室和光盘实验室(Lab-on-Compact Disc, 简称 LOCD)平台执行整个 ELISA 程序. 它采用吸光光度法原理, 用单色发光二极管(LED)和光学传感器测量样品中的光学密度, 显示出 95.2% 的敏感性和 100% 的特异性, 并因其便携性、准确性、精密度、低成本、易于制造等特点可适用于即时床旁检测(POCT). 另外, Hosseini 等^[32]提出了检测 DENV 抗原的甲基丙烯酸微球(MMS)-夹心 ELISA 方法, 其原理如图 1 所示: 其中 MMS 由二甲基丙烯酸三甘醇酯(TEGDMA)组成, 利用荧光夹心 ELISA 方法, 可观察 96 个孔平板上登革热抗原与抗体的反应量, 与常规方法相比, 该测定方法具有较高的荧光强度.

图 1 MMS-夹心 ELISA 方法检测登革热抗原(Ag)的原理图^[32]

Figure 1 Scheme for MMS-sandwich ELISA of Dengue antigen (Ag)^[32]

同时, Hosseini 等^[33]还用聚甲基丙烯酸酯涂覆电纺纤维的聚羟基丁酸酯(PHB)纤维研制了纸基生物传感器(图 2). PHB 纤维的高比表面积能更好地固定登革热抗体, 用夹心 ELISA 方法检测的线性范围为 $3.5 \times 10^{-4} \sim 3.5 \times 10^6$ pfu/mL, 比常规 ELISA 更可靠地检测出病毒的感染. 类似地, Farahmand 等^[34]用聚合物涂覆的微孔尼龙膜研制了一种检测血液中 DENV 的 ELISA 方法. 通过在聚合物表面吸附或共价固定登革热抗体, 进行夹心 ELISA 比色, 能够区分出不同浓度的 DENV.

图 2 基于 ELISA 的聚羟基丁酸酯(PHB)纤维检测登革热病毒^[33]. (a) 静电纺丝法制备 PHB 纤维, (b) PHB 纤维浸涂, (c)和(d) PHB 和聚合物 poly(MMA-co-MAA) 结构式, (e) 登革热抗体的物理附着, (f) 用 EDC/NHS 共价固定登革热抗体, EDC: 1-乙基-(3-二甲氨基丙基)碳酰二亚胺, NHS: *N*-羟基琥珀酰亚胺磺酸钠盐

Figure 2 Scheme of PHB fibers-based ELISA for Dengue virus detection^[33]. (a) Electrospinning technique for fabrication of PHB fibers, (b) dip-coating by immersing PHB fibers, (c) and (d) chemical structures of PHB and poly(MMA-co-MAA), (e) physical attachment of Dengue Ab to the coated surface, (f) covalent immobilization of Dengue Ab by EDC/NHS treatment, EDC: 1-(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, NHS: *N*-hydroxysulfosuccinimide sodium salt

最近, Hosseini 等^[35]再次设计出基于电纺纤维垫的纸基生物传感器, 利用 ELISA 方法的敏感性和准确性检测 DENV 的替代品. 该传感器在纤维垫的内部固定蛋白质, 利用其高比表面积提高检测灵敏度, 检测信号比常规 ELISA 方法高 12 倍. 以同样的方式, Ortega 等^[36]提出一种纸基免疫测定 IgM-DENV 抗体的新方法, 其原理如图 3 所示: 对两种不同的纸基(纤维素片, whatsmann type-1, 简称 W1 和 ss903)进行两种方法涂层. (1)将磁性纳米颗粒 Fe_3O_4 沉积在纸表面, 利用聚多巴胺(PDA)偶联 IgM 抗体. 这种方式可将纳米粒子团聚体覆盖在纤维素纸上, 通过颗粒相互聚集吸附 PDA. (2)核壳 $\text{Fe}_3\text{O}_4@PDA$ 纳米颗粒一起涂覆在纸板表面固定 IgM 抗体. 随着核壳 $\text{Fe}_3\text{O}_4@PDA$ 纳米颗粒比例提高, PDA 在磁性基底上的沉积速率增加, 而在溶液中的聚集速率保持在较低水平, 聚多巴胺可更好地固定 IgM. 另外, 在微荧光背景时, $\text{Fe}_3\text{O}_4@W1$ -PDA 比传统的 ELISA 方法更

灵敏. Bang 等^[37]筛选出登革热病毒蛋白 NS1 抗特异性粘合分子(ZNS112, ZNS116 和 ZNS146), 其中 ZNS112 具有稳定的平衡常数. 用 ZNS112 官能化金纳米颗粒可获得被放大的信号, 与常规 ELISA 技术相比, 检测登革热血清的灵敏度提高了 14.2 倍. 因此, 结合信号放大策略的免疫检测方法具有很好的前景^[38].

图3 涂布纸与抗 IgM 抗体结合的方法^[36]

Figure 3 Method of binding coated paper and IgM antibody^[36]

2.3 基于核酸扩增测定方法

传统的病原体检测方法是基于逆转录酶聚合酶链反应(RT-PCR)测定病毒基因的敏感性^[39-41]. 虽然该检测方法通用于各种样品, 且特异性强, 但是这一技术操作复杂、耗时、专业要求高、易引入污染核酸并易出现假阳性结果^[42-44]. 因此, 迫切需要开发更可靠的检测新方法^[45-46]. Sasmono 等^[47]提出基于实时 RT-PCR 的 Simplexa 方法, 采用双功能荧光探针引物和反向引物扩增 DENV 的衣壳基因. 在 184 份 DENV 血清样本中, 常规 RT-PCR 检出率为 28.8%, 荧光染料 (SYBR GreenI)-RT-PCR 检出率 44%, 而 Simplexa 测定登革热病毒的检出率为 76.6%. 因而, 该方法可快速准确地检测登革热病毒感染, 且适用于常规诊断和监测. 此外, 在低水平登革热病毒检测策略中, 逆转录环介导的等温扩增(RT-LAMP)是最有效且令人印象深刻的技术, 可检测登革热病毒(DENV-1~DENV-4)血清型的四种寡核苷酸. Lopez-Jimena 等^[48]进一步设计了登革热病毒新型 LAMP 引物, 实现了快速增长的检测数据库, 检测范围是 $10^4 \sim 10^5$ molecules/ μL , 检测限为 10 molecules/ μL , 且与其它虫媒病毒和 DNA 的病原体没有交叉反应. 但该方法的检测过程需要 PCR 实验室, 空气中气溶胶的影响易产生假阴性. 为解决以上问题, Teoh 等^[49]基于逆转录重组酶聚合酶扩增(RT-RPA), 发展了早期登革热病毒感染的快速诊断方法, 可在不到 20 min 内检测出登革热 RNA, 且不会与其它野生型病毒发生交叉反应. 通过 RT-RPA 引物和外部探针的设计, 可检测到至少 12 个基因型的登革热基因组. 同时, 在用 RT-LAMP、实时定量聚合酶链反应(QRT-PCR)和 ELISA 方法同时检测登革热血症样品时, RT-RPA 与前两者显示出良好的相关性 ($\kappa \geq 0.723$)^[49], 且结合 ELISA 方法, RT-LAMP 和 RT-RPA 法对登革热急性感染的检出率提高到 95.7%以上^[49].

RT-RPA 技术可常温扩增检测样品, 可脱离 PCR 实验室, 灵敏度高, 特异性强, 操作简单且便携. 但该仪器价格相对较高, 限制了临床的应用. 因此, 研究人员将重组酶聚合酶扩增方法和横向流动方法结合(RT-RPA-LFD), 可以可视化检测 DENV 低至 10 拷贝的 RNA 分子^[50], 并对 120 个临床样品进行检测, RT-RPA-LFD 和 QRT-PCR 方法所得结果间的符合率为 100%, 表明 RT-RPA-LFD 测定方法对临床样品具有良好的诊断性能. RT-RPA-LFD 测定无需复杂的仪器, 为早期诊断登革热病毒感染奠定了基础.

3 光学生物传感器

目前, 用不同的生物受体研制的生物传感器已经用于登革热病毒检测^[51-52]. 其中, 最广泛使用的是光学生物传感器^[53-54], 如表 1 所示: 与电化学生物传感器不同, 光学生物传感器通过测量光子而不是电子来累积信息. 换句话说, 这类传感方法基于检测目标物与生物识别元件作用后吸光度、反射率或荧光等的信号改变来实现对目标物的检测^[55]. 光学生物传感器可分为标记或无标记的生物传感器^[27,56]. 选择性标记的方法有比色法、SERS、SPR 等. 无标记的方法主要包含光子晶体生物传感器. 这两种方法均可以检测实际样品中各种分子之间的相互作用^[57]. 另外, 构建生物传感器检测的准确性和精确度比常规方法更高, 具有很好的吸引力^[58].

3.1 光子晶体生物传感器

光子晶体生物传感器是基于表面结合物的信号转导机制, 使用折射率变化作为识别光子晶体上的转导信号^[71], 快速敏感地对病毒进行诊断. Mustapha Kamil 等^[58]发展了一种光纤传感器, 用于登革热病毒的免疫复合物无标记检测, 灵敏度和检测限分别为 5.02 nm/(nmol/L)和 1 pmol/L, 标准偏差不大于 ± 0.4 , 但这种传感器的敏感度受表面污染影响较大. 为此, Brazaca 等^[72]用聚丙烯生物脱离方法将核酸捕获探针固定在平行 1D 光子晶体谐振器传感器表面, 可去除 98%的残基, 用多种模式检测登革热病毒. Huang 等^[73]基于光子晶体表面的感测能力, 发展了可调谐的垂直腔表面发射激光器(VCSEL), 用于登革热 IgG 抗体的检测, 尽管该方法比 ELISA 方法灵敏度高, 但仍有假阳性.

3.2 比色生物传感

比色传感器基于探针与目标分子的特异性作用, 通过观察前后体系颜色的变化来检测目标物的浓度^[74]. 作为溶液相生物测定的实例, Rahman 等^[75]通过未修饰的金纳米颗粒(AuNPs), 构建了一种基于中性肽核酸(PNA)/DNA 杂交的无标记比色检测技术. 该方法将 PNA 作为杂交捕获探针, 在没有靶标登革热 DNA 时, PNA 导致 AuNPs 的聚集, 聚集过程中溶液的颜色从红色(AuNPs 颜色)变为紫色. 相反, 在登革热 DNA 存在

表1 检测登革热病毒的光学生物传感器

Table 1 Optical biosensors for detection of Dengue virus

Detection method	Type of Dengue	Nano materials	Limit of detection	Linear range	Reference
Optical DNA biosensor	Dengue serotype 2	Silica nanospheres	0.2 amol/L	$1.0 \times 10^{-16} \sim 1.0 \times 10^{-10}$ mol/L	[17]
SERS based lateral flow biosensor	NS1 protein	—	15 ng/mL	15~500 ng/mL	[18]
Label-free biosensor	Dengue serotype 2	—	1 pmol/L	—	[58]
Colorimetric biosensor	Different Dengue serotypes	Silver nanoparticles	—	—	[59]
SPR biosensor	—	AuNPs	—	31~260 copies/mL	[60]
Optical DNA biosensor	Dengue serotype 2	Silica nanoparticles	1 zmol/L	$1.0 \times 10^{-15} \sim 1.0 \times 10^{-11}$ mol/L	[61]
SRP biosensor	Dengue serotype 2 and 3	—	2×10^4 particles/mL	—	[62]
LSPR fiber optic sensor	Dengue anti-NS1 antibody	Gold nanoparticles	1.54 nmol/L	—	[7]
LSPR biosensor	Dengue anti-NS1 antibody	—	5.73 pg/mm ²	—	[63]
SRP biosensor	Dengue serotype 2	rGO-PAMAM	—	0.08~0.5 pmol/L	[64]
Optical DNA biosensor	Dengue DNA sequence	AuNPs	1×10^{-29} mol/L	$1.0 \times 10^{-21} \sim 1.0 \times 10^{-12}$ mol/L	[65]
Optical DNA biosensor	Dengue DNA sequence	—	2 fmol/L	≈ 1 pmol/L	[66]
SERS biosensor	NS1 protein	Silver nanorods	—	—	[67]
SERS biosensor	NS1 protein	AuNPs	7.67 ng/mL	—	[68]
SERS biosensor	Dengue DNA sequence	—	0.49 fmol/L	1 fmol/L~10 nmol/L	[69]
SRP biosensor	Dengue serotype 2	—	0.08 pmol/L	0.08~5 pmol/L	[70]

时, 通过 PNA 探针和靶标 DNA 杂交形成新的复合物. 由于 PNA/DNA 复合物的负电荷, AuNPs 保持分散且不聚集, 因此, 溶液的颜色没有改变. 与使用 DNA 为探针的其它方法相比, PNA 体系具有更好的实用性和适用性. 除了比色检测, Ferraz 等^[76]报道了基于侧向流动的免疫传感器, 用于登革热病毒的现场可视化检测. 该方法包含检测区域和对照区域, 在两个区域均固定硝酸纤维素膜. 当加入液体样品后, 因毛细作用力, 液体沿纤维素膜的方向移向检测区. 在登革热病毒阳性时, 通常形成两条红色线. 由于简单、易用和高灵敏度, 这一技术更受临床欢迎. 目前市场出售的侧流免疫层析技术 (Pan Bio 登革热测试)^[76]、NS1 蛋白试纸条^[77]和生物测试^[78], 均能快速检测登革热病毒 IgG/IgM 抗体.

3.3 表面增强拉曼散射(SERS)生物传感器

SERS 是高敏感的光学检测技术, 具有指纹区域, 可通过其光谱获得综合性的结构信息, 在生物传感^[79]、癌症治疗^[80]与分子成像^[81]等方面得到广泛应用. Ngo 等^[82]将 DNA 探针功能化的银金纳米芯片固定在传感器表面, 实现了 4 种登革病毒血清型的特定寡核苷酸序列检测. 依据生物测定的同源性, 该检测的每个孵化过程, 无需通过漂洗来消除过量或未反应的试剂, 而是用无标记的靶向 ssDNA 进行 SERS 检测, 检测过程简单、敏感性高、假阳性低. 因此, 可在 POCT 中得到应用.

寨卡病毒(ZIKV)和登革热疾病的临床症状相似, 但最终致病结果显著不同. 由于 SERS 光谱的高灵敏度, Sanchez-Purra 研究小组^[68]发展了基于 LFD 平台的 SERS 测定新方法. 利用 SERS 编码的金纳米阵列吸附特异性抗体, 来区分 ZIKV 和 DENV 非结构蛋白 1 (NS1)的生物标志物, 检测限分别为 0.72 ng/mL 和 7.67 ng/mL. 与

比色 LFD 方法相比, SERS 检测降低了 ZIKV 和 DENV NS1 的检测限. 因此, SERS 可以被认为是早期检测登革热病毒的高效方法, 并可与 LFD 方法结合用于 POCT. Song 等^[69]构建了级联催化发夹自组装(LCHA)和杂交链反应(HCR)的 SERS 传感器(图 4). 以 DENV 为靶标, 通过 L1/L2 和发夹 C1 识别靶标分子 DENV. 当引入 ROX 染料标记的发夹 C2 时可自组装形成 LCHA, 使 DENV 不断循环. 同时, 在 SERS-AgNRS 阵列上加入 ROX 标记的发夹(H1 和 H2)形成 HCR, 增加 ROX 的荧光信号. 通过级联信号放大策略, 构建的传感器灵敏度显著提高, 是单个催化发夹自组装(individual CHA)的 4.5 倍, 同时, 信号噪声也得到了更好地改善, 由 CHA 的 1.8 倍提高到 5.4 倍, 且 DENV 的检测限低至 0.49 fmol/L. 因此, SERS 测定具有良好的特异性与检测精度, 为登革热病毒早期诊断提供了良好的策略.

图4 级联催化发夹自组装(LCHA)和杂交链反应(HCR)无酶扩增策略用于登革热病毒 SERS 检测示意图^[69]

Figure 4 Illustration of SERS assay of DENV gene via a cascade enzyme-free signal amplification strategy of localized catalytic hairpin assembly (LCHA) and hybridization chain reaction (HCR)^[69]

3.4 基于表面等离子体共振(SPR)生物传感器

表面等离子体共振(SPR)生物传感器是用于检测登革热病毒最先进的光学标记生物传感器之一^[83]. 与病毒分离和 RT-PCR 方法相比, 该传感器的灵敏度较低^[84], 但可以给出靶分子如登革热病毒的抗蛋白抗体(NS1-mAb)与传感器表面探针作用的动力学参数^[85]. Wong 等^[63]用碳二亚胺固定探针制得一种 SPR 生物传感器, 通过远程表面等离子体方法, 实现了患者样品中登革热 IgM 和 NS1 蛋白的检测, 与 ELISA 相比, 该测定方法表现出更高的敏感性. Jahanshahi 等^[86]通过登革热抗原与抗体的相互作用构建了一种 SPR 生物传感器, 利用折射率变化与目标分子浓度间的关系^[69], 检测登革热病毒抗原, 这一工作有望成为临床诊断登革热病毒的方法.

3.5 荧光生物传感器

检测登革热病毒的荧光生物传感器, 在各种光学生物传感器中最受欢迎, 因为这种传感方法具有高准确性和敏感性^[65]. Oliveira 等^[87]将荧光信号分子和寡核苷酸组合构建了一种适体/核酸酶传感技术, 当捕获探针和靶核酸特异性结合时, 可在 20 min 后释放出荧光信号, 通过核酸酶切割, 可实现信号放大. Chan 等^[88]通过提取登革热病毒 RNA 转化为 cDNA, 设计捕获探针与其杂交以引发等温扩增反应, 利用银纳米线的荧光实现血清型登革热检测. Shen 等^[89]制得量子点(QDs)封端的 DNA 捕获探针, 并将 QDs 的荧光信号和双相特异性核酸酶(DSN)结合, 利用 DSN 的酶切释放, 实现靶 RNA 的循环, 发展了一种登革热病毒 RNA 的体外检测方法, 可检测四种不同类型的登革热病毒, 这种生物传感器具有快速、简单、灵敏等优点. Chowdhury 等^[90]用 AuNPs 和氮硫共掺杂的石墨烯量子点制得一种纳米复合材料, 结合四种染料标记的 DNA 探针, 建立了定量四种登革热病毒的荧光检测方法. Hsieh 课题组^[91]构建了一种免疫传感器, 通过辣根过氧化物酶(HRP)的活性进行登革热病毒感染的检测. 病毒样品没有经过任何稀释, 检测过程孵化时间较少, 方法的选择性高、适用性强、准确性高, 但这种方法的灵敏度受溶液背景的影响. 为了解决灵敏度问题, Xie 等^[92]将金属有机框架(MOF)用于荧光标记的核酸检测系统, 将 MOF 与两种不同荧光标记 DNA 探针结合, 通过非共价相互作用猝灭其荧光. 当 DENV 和 ZIKV 的 RNA 序列同时存在时, 荧光探针被释放而恢复荧光信号, 检测限分别为 232 pmol/L 和 192 pmol/L. 此外, 基于核酸放大的快速和高灵敏度荧光检测方法也已用于 DENV 检测. Ju 课题组^[93]设计了一种目标物触发 CHA 无酶等温扩增技术(图 5). 该技术由三种苾标记的发夹(H1, H2 和 H3)和一个催化 DNA C(发夹 H4 与目标物的结合物)组成. 当 DNA C 存在时, 激活 CHA 产生中间体 I, I 含有与 DNA C 序列相同的区域, 再次启动 CHA 循环获得 2I, 实现了 I 的指数形成以及苾荧

光信号的放大. 加入 γ -环糊精可进一步增强苾的荧光信号, 通过该信号与 DNA C 浓度的线性关系检测目标物. 该生物传感引入了与目标物特定区域结合的发夹 H4, 可以实现对不同分析物快速敏感的检测. 文中使用登革热病毒 RNA 为分析物模型, 检测线性范围 0.1~50 nmol/L, 检测限 0.048 nmol/L. 检测结果证明了该传感的优异性能, 有望用于临床疾病诊断.

图5 靶催化苾标记发夹自组装用于指数放大的生物传感器^[93]

Figure 5 Target-catalyzed assembly of pyrene-labeled hairpins for exponentially amplified biosensing^[93]

4 电化学生物传感

生物传感器是一种对少量样本高特异性和高灵敏的快速诊断工具. 通常, 该分析系统由生物识别元素、信号放大器、处理器和显示器的电子系统组成, 用于检测或量化特定目标物. 在电化学传感器中, 电化学信号包括电流、电位、阻抗(或电导)与电容等. 由于实时监测和现场快速等检测特点, 电化学生物传感器对于早期诊断病毒传染和最大限度地减少病毒爆发至关重要. 近年来, 用电化学生物传感器检测登革热病毒的研究已得到快速发展, 报道的各种电化学登革热病毒传感器及其性能如表 2 所示.

4.1 传感器电极

为在电极表面稳定地固定生物识别元素, 质轻、生物相容性好和廉价的柔性电极基底材料具有很大的吸引力^[115]. 氧化铟锡(ITO)和氧化氟掺杂锡(FTO)由于其高透明度和良好的导电性被广泛用作基底电极^[100], 金、银、铂、不锈钢、石墨和玻璃碳等不透明的材料, 由于大的比表面积和优异的导电率也被用作电化学生物传感器制备的基底电极^[97,113,116-117]. 例如, Oliveira 等^[106]将金纳米颗粒和聚乙烯醇缩丁醛固定在金电极表面, 构建了一种登革热电化学生物传感器, 可有效地检测出患登革热出血症状的病人血清中病毒 NS1 蛋白. Dias 等^[94]将乙二胺薄膜连接到丝网印刷的碳纳米管(CNT)电极, 发展了登革热病毒 NS1 蛋白的检测方法, 实现了高安全性的定量检测. 类似地, 丝网印刷金电极^[118]和噻吩修饰电极^[102]也用于登革热病毒 NS1 蛋白的检测. 此外,

表2 电化学登革热病毒生物传感器的最新发展

Table 2 Recent developments in electrochemical Dengue virus biosensors

Electrode	Detection technique	Analyte	Linear range	Limit of detection	Reference
CNT-SPE	CA	NS1	0.04~2 µg/mL	12 ng/mL	[94]
PAH/CNT	CV	NS1	0.1~2.5 µg/mL	0.035 µg/mL	[95]
Au/CD	DPV	NS1	1~100 ng/mL	0.33 ng/mL	[96]
Nanoporous alumina/Pt wire	DPV	DENV-2	1~10 ³ pfu/mL	1 pfu/mL	[97]
PGE	DPV	DENV-1	1~40 nmol/L	0.92 nmol/L	[98]
Nanoporous alumina/Pt wire	DPV	DENV1(31-mer ssDNA)	10 ⁻¹² ~10 ⁻⁶ mol/L	9.55×10 ⁻¹² mol/L	[99]
ZnO/Pt-Pd	CV/DPV	DENV target ssDNA	1×10 ⁻⁶ ~100×10 ⁻⁶ mol/L	4.3×10 ⁻⁶ mol/L	[100]
Mn ₂ O ₃ nanofiber	CV/DPV/EIS	Dengue consensus primer	1 nmol/L~1 µmol/L	120×10 ⁻²¹ mol/L	[101]
Thiophene-SPE/AuNPs/Protein A	CV/EIS	NS1	0.04~0.6 µg/mL	0.015 µg/mL	[102]
PGE	DPV	DENV-3	10~100 nmol/L	3.09 nmol/L	[87]
Au	EIS/CV	NS1	0.1~10 µg/mL	0.09 µg/mL	[103]
Au	EIS/CV	NS1	0.01~1.00 µg/mL	30 ng/mL	[104]
Au/liposome	EIS/CV	DENV-1~DENV-3	0.01~1.00 µg/mL	3 ng/mL	[105]
AuNPs/PVB	EIS/CV	Dengue fever and Dengue haemorrhagic	—	—	[106]
Fe ₃ O ₄ /PVB	EIS/CV	DENV-1~DENV-3	—	—	[107]
AuNPs/PANI/CramoLL	EIS/CV	Glycoproteins from DENV-1~DENV-3	—	—	[108]
AuNPs/PANI/BMOLL	EIS/CV	Glycoproteins from DENV-1~DENV-3	—	—	[109]
CNT/polypyrrole-NHS	EIS/CV	DENV-2	10 ⁻¹³ ~10 ⁻⁵ g/mL	—	[110]
Cys-MBA-AuNPs	EIS/CV	DENV-1~DENV-4	—	—	[111]
GO-PMC	EIS/CV	DENV-1~DENV-4	1~2×10 ³ pfu/mL	0.12 pfu/mL	[112]
AAO	EIS/CV	DENV DNA	1×10 ⁻¹² ~1×10 ⁻⁶ mol/L	2.7×10 ⁻¹² mol/L	[113]
SiO ₂ /APTES-GO	EIS	DENV DNA	—	1 fmol/L	[114]

CNT: 碳纳米管, SPE: 丝网印刷电极, PAH: 聚烯丙胺, Au/CD: 金/可录制光盘, PGE: 铅石墨电极, PVB: 聚乙烯醇缩丁醛, PANI: 聚苯胺, CramoLL: Cratylia mollis 凝集素, BMOLL: Bauhinia monandra 凝集素, MBA: 4-巯基苯甲酸, PMC: 聚合物基质复合材料, AAO: 阳极氧化铝, APTES: 3-氨基丙基三乙氧基硅烷, GO: 氧化石墨烯, CA: 计时电流法, DPV: 差分脉冲伏安法, EIS: 阻抗测定法, CV: 循环伏安法。

二氧化硅(SiO₂)由于其化学惰性和平坦的表面,也被用于基底电极,通过表面修饰,实现登革热病毒的电化学检测^[119]。

另外,电极表面的生物识别元素或受体在特异性检测生物分子或病原体中发挥了重要作用。通常,抗体、适体、核酸或特定受体(如凝集素)都可用作生物识别元素,酶也因其特异性催化性能用作识别元素。例如, Anusha 等^[120-121]用葡萄糖氧化酶构建了一种葡萄糖传感器,用于分析血液或尿液样品中的葡萄糖浓度。此外,凝集素以糖蛋白的形式存在,其单克隆抗体可以选择性地检测登革热病毒血清中的糖蛋白^[105-106]。生物识别元件在金属表面的直接固定通常会导致生物活性降低,因此常用薄层聚合物或自组装单层将识别元件固定在电极表面^[115],其固定方式分为非共价和共价^[122]。当电解质的 pH 或离子强度发生改变时,非共价的固定方式会因静电相互作用而影响修饰电极的稳定性。因此,生物识别元件以共价键固定方式更为理想^[123-124]。此外,金纳米粒子作为信号分子的载体,由于具有表面积大、导电性能好、表面活性中心多、生物相容性好和吸附能力

强等优点,在登革热病毒的血清型检测中得到广泛应用^[108]。

4.2 安培生物传感器

安培生物传感器通过电流信号的输出,检测目标物质,具有线性范围宽、灵敏度高优点,引起研究者广泛的关注^[125]。常见的检测方法包括:计时安培法、循环伏安法(CV)和差分脉冲伏安法(DPV)^[126]。CV 检测方法已用于癌症生物标志物及病毒生物传感器^[127-128],通过在电极上固定 DNA 探针,可实现对目标登革热病毒分子的有效 CV 或 DPV 检测。例如, Rashid 等^[129]提出一种金纳米颗粒/硅纳米线/氧化铟锡(AuNPs/SiNWs/ITO)电化学生物传感器,以亚甲基蓝(MB)为氧化还原指示剂,实现了微量登革热病毒的检测,可检测的浓度范围为 0.01~50 nmol/L。Tripathy 等^[101]用半导体/锰氧化物纳米纤维构建了一种 DNA 纳米传感器,检测登革热病毒血清的范围为 1 amol/L~1 µmol/L,检测限为 120×10⁻²¹ mol/L。Singhal 等^[100]提出基于氧化锌/铂-钯(ZnO/Pt-Pd)改性氟掺杂氧化锡(FTO)玻璃板的电化学生物传感器,利用探针 DNA 和靶 DNA 间的杂交与 CV 和 DPV 技术,

实现 $1 \times 10^{-6} \sim 1 \times 10^{-4}$ mol/L 登革热病毒的检测. Zhang 等^[130]用自组装技术在 SiNWs 上修饰 20 个 AuNPs, 使有效表面积增强了约 10 倍, 用 DPV 方法检测 DNA 的浓度范围为 9.0~78.0 ng/mL. 同时, 纳米材料自组装技术广泛应用于外泌体的检测^[130]. 另外, Ju 课题组^[131]在电极上固定捕获 DNA, 通过树枝式杂交链反应 (HCR), 开发了一种通用和高灵敏的电化学生物传感策略, 用于登革热病毒 (DENV) 的核酸检测. 如图 6 所示: 首先由锁定的 DNA 链识别 DENV 核酸片段以释放引发剂, 引发剂被电极表面的 DNA 捕获后, 在电极表面诱发生物素标记的序列 A 和 B 以及两个辅助链的 HCR, 产生树枝状 DNA 纳米结构, 再利用生物素与亲和素标记的辣根过氧化物酶的结合, 将辣根过氧化物酶引入电极表面, 产生安培信号, 实现 DENV 的超敏电化学检测. 该方法对 DENV 的检测范围为 1.6~1000 pmol/L, 检测限为 188 fmol/L, 可以区分单碱基突变. 而且, 通过改变引发剂的识别序列, 可以实现不同 DENV 核酸片段的电化学检测.

图 6 树枝状 HCR 电化学检测 DENV 核酸的示意图^[131]

Figure 6 Schematic illustration of dendritic HCR for electrochemical detection of DENV nucleic acid^[131]

除了 DNA 生物传感器, 基于抗原-抗体相互作用的电化学免疫传感器在登革热检测中也得到应用. Dias 等^[94]在碳纳米管修饰电极上通过聚吡咯和 *N*-羟基琥珀酰亚胺固定 NS1 抗体, 检测登革热 NS1 蛋白的线性范围为 $10^{-13} \sim 10^{-5}$ g/mL. Sinawang 等^[118]开发了基于金纳米颗粒的电化学侧流免疫传感器 (图 7A), 通过 11-巯基烷酸在丝网印刷金电极上共价固定 NS1 抗体, 用二茂铁标记的二抗可以检测低至 0.5 ng/mL 的登革热 NS1 蛋白, 线性范围为 1~25 ng/mL. 该研究组进一步用化学修饰聚乙二醇稳定和四甲基哌啶标记的 AuNPs 发展了另一种 NS1 蛋白的电化学免疫传感器, 在较短的侧向流动设置中, 实现了登革热的两步快速 (<30 min) 定量检测, 检测过程如图 7B 所示^[132]. 最近, Lim 等^[133]将肽的识别功能用于登革热生物标志物 NS1 蛋白的检测, 开发了一

种免标记的肽生物传感器, 检测限为 0.025 mg/mL. Palomar 等^[134]基于 Au 纳米粒子修饰碳纳米管复合材料固定登革热抗体, 构建了一种检测 DENV-2 的电化学生物传感器 (图 8), 线性范围为 $1 \times 10^{-12} \sim 1 \times 10^{-6}$ g/mL, 检测限达 3×10^{-13} g/mL, 该传感器具有良好的选择性, 而且测定时间短、样品用量少、检测速度快、程序简单, 具有很好的商业化前景.

图 7 用丝网印刷金电极研制的登革热 NS1 蛋白电化学侧流传感器. (A) 第 1 代 7 cm 长的夹心免疫传感器^[118], (B) 第 2 代 4 cm 长化学修饰聚乙二醇稳定和四甲基哌啶标记的 AuNPs 夹心免疫传感器^[132]

Figure 7 Schematic representation of screen-printed gold electrodes based electrochemical lateral flow immunosensor for detection of Dengue NS1 protein. (A) 1st generation with 7 cm length and immunonanobeads (AuNPs-AB-Fc)^[118], (B) 2nd generation with 4 cm length and chemically modified PEG-stabilized and TEMPO-tagged AuNPs^[132]

图 8 DENV-2 型电化学免疫传感器的制备与检测过程示意图^[134]

Figure 8 Schematic representation for the formation of electrochemical immunosensor and its operation to detect DENV-2^[134]

4.3 电容生物传感器

通过在传感器表面固定探针与生物标志物特异性结合, 产生电容改变, 便可轻易检测到分析物. 无标记电容免疫传感器的装置小、检测速度快、功率要求低, 可避免核酸扩增时产生的假阳性, 减少 DNA 分析系统的耗能, 已被应用于各种蛋白的检测. 例如, Cecchetto 等^[135]将二茂铁标记 NS1 抗体固定在电极表面构建了电容免疫传感器, 利用 NS1 抗体对 NS1 蛋白引起电极的电

容变化, 检测登革热病毒血清生物标志物 NS1 蛋白, 具有很好的重复性, 组内标准偏差为 1.36%, 能够有效检测微量样品. 与需要标记的二抗或昂贵的 ELISA 方法相比, 通过电容界面的不断优化, 该技术可实现病毒感染的现场诊断, 在 DENV、ZIKV 和日本脑炎病毒(JEV)的电化学免疫检测中越来越受到关注^[136].

4.4 阻抗生物传感器

阻抗方法通过传感器表面的识别探针与靶核酸或蛋白的结合改变电极的电荷转移阻抗而实现靶分子检测的方法. Luna 等^[111]用半胱氨酸和 4-巯基苯甲酸功能化的金纳米粒子将登革热病毒抗体固定在金电极表面, 以 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}/[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 为探针, 通过抗体与登革热病毒的结合改变传感器的电荷转移阻抗, 发展了 DENV-1~DENV-4 的阻抗检测方法. Nascimento 等^[137]基于金纳米粒子-聚苯胺复合材料固定抗体, 发展了登革热血清型 DENV-1~DENV-3 的阻抗检测方法. Navakul 等^[112]在氧化石墨烯/聚合物复合材料修饰电极上形成 DENV 的印迹聚合物, 利用其与 DENV 识别改变电极的电荷转移阻抗, 发展了 DENV 的阻抗检测方法, 其原理如图 9 所示. 该传感器的线性范围为 $1\sim 2\times 10^3$ pfu/mL, 检测限为 0.12 pfu/mL.

图 9 氧化石墨烯/聚合物材料基的 DENV 阻抗传感器制备与检测^[112]
Figure 9 Fabrication of graphene oxide/polymer matrix composite-based biosensor for detection of Dengue virus^[112]

此外, Avelino 等^[108]构建了基于金纳米颗粒/聚苯胺的凝集素(CramoLL)生物传感器, 用于 DENV-1~DENV-3 感染病人样品中登革热糖蛋白的检测, 电极的电荷转移阻抗的增加程度与患者血清中异常糖蛋白有关, 具有良好的效果, 是诊断异常糖蛋白的可选方案.

Solanki 等^[138]在 ITO 上组装 MOS_2 -AuNPs 复合材料的 Langmuir-Blodgett (LB)膜, 通过 EDC-NHS 活化固定 anti-NS1 抗体, 构建的传感器可用 EIS 测量检测血样中登革蛋白 NS1, 标准样品与血清样品 NS1 的检测限分别为 1.67 ng/mL 和 1.19 ng/mL. 蛋白 NS1 水平在初次感染

登革热病毒时为 $0.04\sim 2\ \mu\text{g/mL}$, 第二次感染时为 $0.01\sim 2\ \mu\text{g/mL}$, 因此, 该传感器适用于临床检测. Wasik 等^[139]用功能化单壁碳纳米管(SWCNTs)固定 anti-NS1 抗体(图 10), 构建了 NS1 的非标记免疫传感器, 检测 DENV NS1 的线性范围为 $1\sim 1000\ \text{ng/mL}$, 可用于临床病人唾液中 NS1 的检测, 在临床上有潜在的应用价值, 并可允许自我监测.

图 10 功能化单壁纳米管网络构建的非结构蛋白 1 (NS1) 无标记免疫传感器示意图^[139]

Figure 10 Schematic of label-free immunosensors for non-structural protein 1 (NS1) by functionalizing single-walled nanotubes networks^[139]

4.5 电位型生物传感器

电位型生物传感器利用识别元素与待测生物分子在电极表面的选择性结合, 或通过待测生物分子参与的化学反应, 改变电极表面及其双电层内电荷或电位敏感分子浓度的变化, 通过监测传感器的电极电位实现对目标物的检测. Senapati 等^[140]基于直流偏压下阴离子交换纳米孔膜的离子二极管特性开发了一种用于快速、灵敏、选择性核酸检测的生物传感器. 膜表面功能化的单链寡核苷酸探针形成阳离子选择性单分子层, 该离子二极管的特性与带负电的核酸分子和单分子层的杂交所引起的纳米膜电荷改变有关, 可用于精确定量杂交的核酸. 该传感器可区分与口腔癌相关的 microRNA 的 22 碱基配对片段中的两个碱基对错配, 以及登革热病毒的血清型特异性检测, 检测 27 个碱基的靶分子所需为 15 min, 检测限为 1 pmol/L. 另外, 这种生物传感器可以检测大肠杆菌和布鲁氏菌的 DNA, 因此, 该传感器在食品、环境安全与临床诊断中具有应用前景.

5 总结与展望

登革热疫情的传播使高灵敏、高准确度的登革热病毒检测方法成为迫切需求. 近年来, 人们已经开发了多种用于登革热病毒检测的电化学和光学生物传感器. 这些传感方法不需要经典方法中病毒分离、培养、扩增等过程, 因而可以进行早期快速检测、简化检测过程及避

免 PCR 技术易产生假阳性结果. 将纳米材料掺入登革热传感器的制备, 可以改善传感界面的生物相容性, 利用其高比表面及催化与光电性能提高检测灵敏度. 分子印迹聚合物、核酸适配体、肽适配体等识别材料的发展, 对登革热病毒核酸、相关蛋白及血清型的检测具有积极意义. 然而, 登革热生物传感方法方兴未艾, 仍需改进生物识别界面的构建技术、优化传感器的制备工艺, 进一步提高传感器的稳定性、灵敏性与准确性, 增强其在复杂临床样品检测中的实用性, 以实现高选择性、高灵敏、高通量检测, 并通过转化在临床中得到实际应用.

作者简介

师瑶, 2020 年本科毕业于海南医学院热带医学与检验医学院, 2020~2023 年为海南医学院热带医学与检验医学院硕士研究生, 主要从事热带病检测方法的研究.

夏乾峰, 临床检验诊断学博士, 教授, 博士生导师. 现任海南医学院热带医学与检验医学院常务副院长(主持工作), 中华医学会热带病与寄生虫学专业委员会秘书长、海南省医学会热带病与寄生虫学专业委员会主委、中国医检整合联盟常务理事、中国空间微生物学会委员、海南省微生物学会副理事长等. 研究方向为临床检验新方法和热带病防控关键技术. 主持传染病国家重大科技专项、海南省重大科技专项课题各 1 项、国家自然科学基金 3 项. 以第一或通讯作者发表论文 50 余篇(SCI 收录 28 篇), 获海南省科技进步二等奖 1 项, 四川省科技进步二等奖 1 项, 海南省教学成果二等奖 3 项, 研发的新冠抗体检测试剂盒获欧盟 CE 认证, 并出口欧洲.

何政清, 2016 年本科毕业于赣南医学院临床医学院, 2017~2020 年为海南医学院基础医学院硕士研究生, 主要从事病原微生物核酸检测的研究.

鞠焜先, 1986、1989 和 1992 年分别获南京大学理学学士、硕士和博士学位, 后留校任教, 1993 年为副教授, 1999 年聘为教授、博士生导师. 2003 年获国家杰出青年科学基金, 2007 年遴选为“长江学者”特聘教授, 2005~2014 年主持国家自然科学基金创新研究群体项目、2009~2014 年主持“973”计划项目. 现为生命分析国家重点实验室主任、国际电化学学会会士、英国皇家化学学会会士. 研究方向为分子诊断与生物分析化学, 主要研究领域为免疫分析、细胞分析化学、纳米生物传感和临床分子诊断, 至 2021 年 10 月, 发表论文 772 篇; 英文专著 6 部, 中文专著、教材 7 部, 专章 20 篇; SCI 刊物他引 35000 多次, h-index 为 99 (Google Scholar h-index 为 107, 引用 42000 多次).

References

- [1] Castro, M. C.; Wilson, M. E.; Bloom, D. E. *Lancet Infect. Dis.* **2017**, *17*, e70.
- [2] Chong, H. Y.; Leow, C. Y.; Abdul Majeed, A. B.; Leow, C. H. *Virus Res.* **2019**, *274*, a197770.
- [3] Khristunova, E.; Dorozhko, E.; Korotkova, E.; Kratochvil, B.; Vyskocil, V.; Barek, J. *Sensors* **2020**, *20*, 4600.
- [4] Guzman, M. G.; Gubler, D. J.; Izquierdo, A.; Martinez, E.; Halstead, S. B. *Nat. Rev. Dis. Primers* **2016**, *2*, 16055.
- [5] Castillo Signor, L. D. C.; Edwards, T.; Escobar, L. E.; Mencos, Y.; Matope, A.; Castaneda Guzman, M.; Adams, E. R.; Cuevas, L. E. *PLoS Negl. Trop. Dis.* **2020**, *14*, e0008535.
- [6] Li, G. H.; Ning, Z. J.; Liu, Y. M.; Li, X. H. *Front. Cell. Infect. Mi.* **2017**, *7*, 449.
- [7] Bhatt, S.; Gething, P. W.; Brady, O. J.; Messina, J. P.; Farlow, A. W.; Moyes, C. L.; Drake, J. M.; Brownstein, J. S.; Hoen, A. G.; Sankoh, O.; Myers, M. F.; George, D. B.; Jaenisch, T.; Wint, G. R.; Simmons, C. P.; Scott, T. W.; Farrar, J. J.; Hay, S. I. *Nature* **2013**, *496*, 504.
- [8] Brady, O. J.; Gething, P. W.; Bhatt, S.; Messina, J. P.; Brownstein, J. S.; Hoen, A. G.; Moyes, C. L.; Farlow, A. W.; Scott, T. W.; Hay, S. I. *PLoS Negl. Trop. Dis.* **2012**, *6*, e1760.
- [9] Banu, S.; Hu, W.; Guo, Y.; Naish, S.; Tong, S. *PLoS One* **2014**, *9*, e89440.
- [10] Supadmi, W.; Suwantika, A. A.; Perwitasari, D. A.; Abdulah, R. *Value Health* **2019**, *18*, 132.
- [11] Shepard, D. S.; Undurraga, E. A.; Halasa, Y. A.; Stanaway, J. D. *Lancet Infect. Dis.* **2016**, *16*, 935.
- [12] Cassidy, A.; Parle McDermott, A.; O'Kennedy, R. *Front. Mol. Biosci.* **2021**, *8*, 637559.
- [13] Kim, J. H.; Cho, C. H.; Ryu, M. Y.; Kim, J. G.; Lee, S. J.; Park, T. J.; Park, J. P. *PLoS One* **2019**, *14*, e0222144.
- [14] Yang, Y. H.; Song, Z. Y.; Zheng, X. L. *J. Pathogen Biol.* **2017**, *12*, 803 (in Chinese). (杨永红, 宋璋瑶, 郑学礼, 中国病原生物学杂志, **2017**, *12*, 803.)
- [15] Jiang, L. Y.; Di, B.; Yang, Z. C. *J. Mol. Diagn. Ther.* **2018**, *3*, 196. (in Chinese). (蒋力云, 狄飏, 杨智聪, 分子诊断与治疗杂志, **2018**, *3*, 196.)
- [16] Rodriguez, R. A.; Pepper, I. L.; Gerba, C. P. *Appl. Environ. Microb.* **2009**, *75*, 297.
- [17] Ariffin, E. Y.; Tan, L. L.; Abd Karim, N. H.; Heng, L. Y. *Sensors* **2018**, *18*, 1173.
- [18] Darwish, N. T.; Sekaran, S. D.; Alias, Y.; Khor, S. M. *J. Pharmaceut. Biomed.* **2018**, *149*, 591.
- [19] Anusha, J. R.; Kim, B. C.; Yu, K. H.; Raj, C. J. *Biosens. Bioelectron.* **2019**, *142*, 111511.
- [20] Kwakye, S.; Goral, V. N.; Baeumner, A. J. *Biosens. Bioelectron.* **2006**, *21*, 2217.
- [21] Jain, J.; Okabayashi, T.; Kaur, N.; Nakayama, E.; Shioda, T.; Gaiand,

- R.; Kurosu, T.; Sunil, S. *J. Virol.* **2018**, *15*, 84.
- [22] Teles, F. S. *Anal. Chim. Acta* **2011**, *687*, 28.
- [23] Guzman, M. G.; Kouri, G. *Int. J. Infect. Dis.* **2004**, *8*, 69.
- [24] Raafat, N.; Loganathan, S.; Mukaka, M.; Blacksell, S. D.; Maude, R. *J. PLoS Negl. Trop. Dis.* **2021**, *15*, e0009359.
- [25] Wang, J.; Ma, P.; Kim, D. H.; Liu, B. F.; Demirci, U. *Nano Today* **2021**, *37*, 101066.
- [26] Sekaran, S. D.; Soe, H. J. *Expert Rev. Mol. Diagn.* **2017**, *17*, 217.
- [27] Pashazadeh, P.; Mokhtarzadeh, A.; Hasanzadeh, M.; Hejazi, M.; Hashemi, M.; De La Guardia, M. *Biosens. Bioelectron.* **2017**, *87*, 1050.
- [28] Asokanathan, C.; Tierney, S.; Ball, C. R.; Buckle, G.; Day, A.; Tanley, S.; Bristow, A.; Markey, K.; Xing, D.; Yuen, C. T. *Anal. Biochem.* **2018**, *540*, 15.
- [29] Alamdari, D. H.; Kostidou, E.; Paletas, K.; Sarigianni, M.; Konstas, A. G.; Karapiperidou, A.; Koliakos, G. *Free Radical Bio. Med.* **2005**, *39*, 1362.
- [30] Kim, A.; Li, C. R.; Jin, C. F.; Lee, K. W.; Lee, S. H.; Shon, K. J.; Park, N. G.; Kim, D. K.; Kang, S. W.; Shim, Y. B.; Park, J. S. *Chemosphere* **2007**, *68*, 1204.
- [31] Thiha, A.; Ibrahim, F. *Sensors* **2015**, *15*, 11431.
- [32] Hosseini, S.; Ibrahim, F.; Djordjevic, I.; Rothan, H. A.; Yusof, R.; Van Der Marel, C.; Benzina, A.; Koole, L. H. *Eur. Polym. J.* **2014**, *60*, 14.
- [33] Hosseini, S.; Azari, P.; Farahmand, E.; Gan, S. N.; Rothan, H. A.; Yusof, R.; Koole, L. H.; Djordjevic, I.; Ibrahim, F. *Biosens. Bioelectron.* **2015**, *69*, 257.
- [34] Farahmand, E.; Ibrahim, F.; Hosseini, S.; Rothan, H. A.; Yusof, R.; Koole, L. H.; Djordjevic, I. *Appl. Surf. Sci.* **2015**, *353*, 1310.
- [35] Hosseini, S.; Azari, P.; Ainehvand, M. M.; Rothan, H. A.; Djordjevic, I.; Martinez Chapa, S. O.; Madou, M. J. *Appl. Sci.* **2016**, *6*, 336.
- [36] Ortega, G. A.; Pérez-Rodríguez, S.; Reguera, E. *RSC Adv.* **2017**, *7*, 4921.
- [37] Bang, J.; Park, H.; Choi, W. I.; Sung, D.; Lee, J. H.; Lee, K. Y.; Kim, S. *New J. Chem.* **2018**, *42*, 12607.
- [38] Chong, Z. L.; Sekaran, S. D.; Soe, H. J.; Peramalah, D.; Rampal, S.; Ng, C. W. *BMC Infect. Dis.* **2020**, *20*, 210.
- [39] Maiiang, D.; Songjaeng, A.; Hansuealueang, P.; Malila, Y.; Lertsethtakarn, P.; Palomares Reyes, C.; Silva Caso, W.; Del Valle, L. J.; Aguilar Luis, M. A.; Weigl, C.; Martins-Luna, J.; Vinas Ospino, A.; Stimmler, L.; Mallqui Espinoza, N.; Aquino Ortega, R.; Espinoza Espiritu, W.; Misaico, E.; Del Valle Mendoza, J. *Int. J. Infect. Dis.* **2019**, *81*, 31.
- [40] Palomares Reyes, C.; Silva Caso, W.; Del Valle, L. J.; Aguilar Luis, M. A.; Weigl, C.; Martins Luna, J.; Vinas Ospino, A.; Stimmler, L.; Mallqui Espinoza, N.; Aquino Ortega, R.; Espinoza Espiritu, W.; Misaico, E.; Del Valle-Mendoza, J. *Int. J. Infect. Dis.* **2019**, *81*, 31.
- [41] Xu, Y.; Wang, T.; Chen, Z.; Jin, L.; Wu, Z.; Yan, J.; Zhao, X.; Cai, L.; Deng, Y.; Li, S.; He, N. *Chin. Chem. Lett.* **2021**, *17*, 9.
- [42] Xiong, Y.; Luo, Y.; Li, H.; Wu, W.; Ruan, X.; Mu, X. *Int. J. Infect. Dis.* **2020**, *95*, 406.
- [43] Singh, R. K.; Dhama, K.; Karthik, K.; Tiwari, R.; Khandia, R.; Munjal, A.; Iqbal, H. M. N.; Malik, Y. S.; Bueno Mari, R. *Front. Microbiol.* **2017**, *8*, 2677.
- [44] Sasmono, R. T.; Santos, M. S.; Pamai, Y. W. B.; Yohan, B.; Afida, A. M.; Denis, D.; Hutagalung, I. A.; Johar, E.; Hayati, R. F.; Yudhaputri, F. A.; Haryanto, S.; Stubbs, S. C. B.; Blacklaws, B. A.; Myint, K. S. A.; Frost, S. D. W. *Front. Med.* **2020**, *7*, 582235.
- [45] Walper, S. A.; Lasarte Aragones, G.; Sapsford, K. E.; Brown, C. W., 3rd; Rowland, C. E.; Breger, J. C.; Medintz, I. L. *ACS Sensors* **2018**, *3*, 1894.
- [46] Goud, K. Y.; Reddy, K. K.; Khorshed, A.; Kumar, V. S.; Mishra, R. K.; Oraby, M.; Ibrahim, A. H.; Kim, H.; Gobi, K. V. *Biosens. Bioelectron.* **2021**, *180*, 113112.
- [47] Sasmono, R. T.; Aryati, A.; Wardhani, P.; Yohan, B.; Trimarsanto, H.; Fahri, S.; Setianingsih, T. Y.; Meutiawati, F. *PLoS One* **2014**, *9*, e103815.
- [48] Lopez-Jimena, B.; Bekaert, M.; Bakheit, M.; Frischmann, S.; Patel, P.; Simon Lorie, E.; Lambrechts, L.; Duong, V.; Dussart, P.; Harold, G.; Fall, C.; Faye, O.; Sall, A. A.; Weidmann, M. *PLoS Negl. Trop. Dis.* **2018**, *12*, e0006381.
- [49] Teoh, B. T.; Sam, S. S.; Tan, K. K.; Danlami, M. B.; Shu, M. H.; Johari, J.; Hooi, P. S.; Brooks, D.; Piepenburg, O.; Nentwich, O.; Wilder Smith, A.; Franco, L.; Tenorio, A.; Abubakar, S. *J. Clin. Microbiol.* **2015**, *53*, 830.
- [50] Xi, Y.; Xu, C. Z.; Xie, Z. Z.; Zhu, D. L.; Dong, J. M. *Mol. Cell. Probe.* **2019**, *46*, 101413.
- [51] Darwish, N. T.; Alrawi, A. H.; Sekaran, S. D.; Alias, Y.; Khor, S. M. *J. Electrochem. Soc.* **2016**, *163*, B19.
- [52] Gao, M.; Waggoner, J. J.; Hecht, S. M.; Chen, S. *ACS Infect. Dis.* **2019**, *5*, 1907.
- [53] Romano, S.; Lamberti, A.; Masullo, M.; Penzo, E.; Cabrini, S.; Rendina, I.; Mocella, V. *Materials* **2018**, *11*, 526.
- [54] Kravtsov, V.; Khestanova, E.; Benimetskiy, F. A.; Ivanova, T.; Samusev, A. K.; Sinev, I. S.; Pidgayko, D.; Mozharov, A. M.; Mukhin, I. S.; Lozhkin, M. S.; Kapitonov, Y. V.; Brichkin, A. S.; Kulakovskii, V. D.; Shelykh, I. A.; Tartakovskii, A. I.; Walker, P. M.; Skolnick, M. S.; Krizhanovskii, D. N.; Iorsh, I. V. *Light Sci. Appl.* **2020**, *9*, 56.
- [55] Eivazzadeh Keihan, R.; Pashazadeh Panahi, P.; Baradaran, B.; De La Guardia, M.; Hejazi, M.; Sohrabi, H.; Mokhtarzadeh, A.; Maleki, A. *Trend. Anal. Chem.* **2018**, *103*, 184.
- [56] Hao, N.; Pei, Z.; Liu, P.; Bachman, H.; Naquin, T. D.; Zhang, P.; Zhang, J.; Shen, L.; Yang, S.; Yang, K.; Zhao, S.; Huang, T. J. *Small Methods* **2020**, *16*, e2005179.
- [57] Zhou, H.; Liu, J.; Xu, J. J.; Zhang, S. S.; Chen, H. Y. *Chem. Soc. Rev.* **2018**, *47*, 1996.
- [58] Mustapha Kamil, Y.; Abu Bakar, M. H.; Mustapa, M. A.; Yaacob, M. H.; Abidin, N. H. Z.; Syahir, A.; Lee, H. J.; Mahdi, M. A. *Sens. Actuators B Chem.* **2018**, *257*, 820.
- [59] Vinayagam, S.; Rajaiah, P.; Mukherjee, A.; Natarajan, C. *Spectrochim. Acta A* **2018**, *202*, 346.
- [60] Adegoke, O.; Park, E. Y. *J. Mater. Chem. B* **2017**, *5*, 3047.
- [61] Mazlan, N. F.; Tan, L. L.; Karim, N. H. A.; Heng, L. Y.; Reza, M. I. H. *Sens. Actuators B Chem.* **2017**, *242*, 176.
- [62] Loureiro, F. C. C. L.; Neff, H.; Melcher, E. U. K.; Roque, R. A.; De Figueiredo, R. M. P.; Thirstrup, C.; Borre, M. B.; Lima, A. M. N. *Sens. Bio-Sens. Res.* **2017**, *13*, 96.
- [63] Wong, W. R.; Sekaran, S. D.; Mahamd Adikan, F. R.; Berini, P. *Biosens. Bioelectron.* **2016**, *78*, 132.
- [64] Omar, N. A. S.; Fen, Y. W.; Abdullah, J.; Sadrolhosseini, A. R.; Mustapha Kamil, Y.; Fauzi, N. M.; Hashim, H. S.; Mahdi, M. A. *Nanomaterials* **2020**, *10*, 569.
- [65] Jenningsih, Tan, L. L.; Ulianas, A.; Heng, L. Y.; Mazlan, N. F.; Jamaluddin, N. D.; Mohd Yusof, N. Y.; Khalid, B.; Ta, G. C. *Sensors* **2020**, *20*, 1820.
- [66] Tian, B.; Fock, J.; Minero, G. A. S.; Hansen, M. F. *Biosens. Bioelectron.* **2020**, *160*, 112219.
- [67] Gahlaut, S. K.; Savargaonkar, D.; Sharan, C.; Yadav, S.; Mishra, P.; Singh, J. P. *Anal. Chem.* **2020**, *92*, 2527.
- [68] Sanchez-Purra, M.; Carre-Camps, M.; De Puig, H.; Bosch, I.; Gehrke, L.; Hamad-Schifferli, K. *ACS Infect. Dis.* **2017**, *3*, 767.
- [69] Song, C.; Zhang, J.; Liu, Y.; Guo, X.; Guo, Y.; Jiang, X.; Wang, L. *Sens. Actuators B Chem.* **2020**, *325*, 128970.
- [70] Omar, N. A. S.; Fen, Y. W.; Ramli, I.; Sadrolhosseini, A. R.; Abdullah, J.; Yusof, N. A.; Kamil, Y. M.; Mahdi, M. A. *Polymers* **2021**, *13*, 762.
- [71] Santos, A.; Bueno, P. R.; Davis, J. J. *Biosens. Bioelectron.* **2018**, *100*, 519.
- [72] Brazaca, L. C.; Dos Santos, P. L.; De Oliveira, P. R.; Rocha, D. P.; Stefano, J. S.; Kalinke, C.; Abarza Munoz, R. A.; Bonacin, J. A.; Janegitz, B. C.; Carrilho, E. *Anal. Chim. Acta* **2021**, *1159*, 338384.
- [73] Huang, M. C. Y.; Mateus, C. F. R.; Foley, J. E.; Beatty, R.; Cunningham, B. T.; Chang-Hasnain, C. J. *IEEE Photon. Technol. Lett.* **2008**, *20*, 443.
- [74] Carrillo, C.; Werbach, S.; Malnero, C.; Stolorowicz, F.; Larocca, L.; Malirat, V.; Vojnov, A. *Int. J. Infect. Dis.* **2018**, *73*, 171.
- [75] Rahman, S. A.; Saadun, R.; Azmi, N. E.; Ariffin, N.; Abdullah, J.; Yusof, N. A.; Sidek, H.; Hajian, R. *J. Nanomater.* **2014**, *2014*, 839286.
- [76] Ferraz, F. O.; Quaresma Bomfim, M. R.; Totola, A. H.; Avila, T. V.; Cisalpino, D.; Marques Pessanha, J. E.; De Souza, D. d. G.; Teixeira Junior, A. L.; Nogueira, M. L.; Bruna Romero, O.; Teixeira, M. M. *J. Clin. Virol.* **2013**, *58*, 41.
- [77] Pal, S.; Dauner, A. L.; Mitra, I.; Forshey, B. M.; Garcia, P.; Morrison, A. C.; Halsey, E. S.; Kochel, T. J.; Wu, S. J. *PLoS One* **2014**, *9*, e113411.
- [78] Sanchez Vargas, L. A.; Sanchez Marce, E. E.; Vivanco Cid, H. *Diagn. Microb. Infect. Dis.* **2014**, *78*, 368.

- [79] Fu, C.; Gu, Y.; Wu, Z.; Wang, Y.; Xu, S.; Xu, W. *Sens. Actuators B Chem.* **2014**, *201*, 173.
- [80] Dinish, U. S.; Balasundaram, G.; Chang, Y. T.; Olivo, M. *Sci. Rep.* **2015**, *4*, 4075.
- [81] Xia, X.; Li, W.; Zhang, Y.; Xia, Y. *Interface Focus* **2013**, *3*, 20120092.
- [82] Ngo, H. T.; Wang, H. N.; Fales, A. M.; Nicholson, B. P.; Woods, C. W.; Vo-Dinh, T. *Analyst* **2014**, *139*, 5655.
- [83] Mohammadzadeh Asl, S.; Keshtkar, A.; Ezzati Nazhad Dolatabadi, J.; De La Guardia, M. *Biosens. Bioelectron.* **2018**, *110*, 118.
- [84] Hage, D. S. *Clin. Chem.* **2018**, *64*, 991.
- [85] Hu, D.; Fry, S. R.; Huang, J. X.; Ding, X.; Qiu, L.; Pan, Y.; Chen, Y.; Jin, J.; McElnea, C.; Buechler, J.; Che, X.; Cooper, M. A. *Biosensors* **2013**, *3*, 297.
- [86] Jahanshahi, P.; Sekaran, S. D.; Adikan, F. R. M. *Med. Biol. Eng. Comput.* **2015**, *53*, 679.
- [87] Oliveira, N.; Souza, E.; Ferreira, D.; Zanforlin, D.; Bezerra, W.; Borba, M. A.; Arruda, M.; Lopes, K.; Nascimento, G.; Martins, D.; Cordeiro, M.; Lima-Filho, J. *Sensors* **2015**, *15*, 15562.
- [88] Chan, S. K.; Choong, Y. S.; Perera, D.; Lim, T. S. *Anal. Methods* **2018**, *10*, 214.
- [89] Shen, W.; Gao, Z. *Biosens. Bioelectron.* **2015**, *65*, 327.
- [90] Chowdhury, A. D.; Ganganboina, A. B.; Nasrin, F.; Takemura, K.; Doong, R. a.; Utomo, D. I. S.; Lee, J.; Khoris, I. M.; Park, E. Y. *Anal. Chem.* **2018**, *90*, 12464.
- [91] Hsieh, M. S.; Chen, M. Y.; Hsieh, C. H.; Pan, C. H.; Yu, G. Y.; Chen, H. W. *PLoS One* **2017**, *12*, e0188170.
- [92] Xie, B. P.; Qiu, G. H.; Hu, P. P.; Liang, Z.; Liang, Y. M.; Sun, B.; Bai, L. P.; Jiang, Z. H.; Chen, J. X. *Sens. Actuators B Chem.* **2018**, *254*, 1133.
- [93] He, Z.; Wu, J.; Qiao, B.; Pei, H.; Xia, Q.; Wu, Q.; Ju, H. *ACS Appl. Bio Mater.* **2020**, *3*, 5342.
- [94] Dias, A. C. M. S.; Gomes Filho, S. L. R.; Silva, M. M. S.; Dutra, R. F. *Biosens. Bioelectron.* **2013**, *44*, 216.
- [95] Silva, M. M. S.; Dias, A. C. M. S.; Silva, B. V. M.; Gomes-Filho, S. L. R.; Kubota, L. T.; Goulart, M. O. F.; Dutra, R. F. *J. Chem. Technol. Biot.* **2015**, *90*, 194.
- [96] Cavalcanti, I. T.; Guedes, M. I. F.; Sotomayor, M. D. P. T.; Yamana, H.; Dutra, R. F. *Biochem. Eng. J.* **2012**, *67*, 225.
- [97] Cheng, M. S.; Ho, J. S.; Tan, C. H.; Wong, J. P.; Ng, L. C.; Toh, C. S. *Anal. Chim. Acta* **2012**, *725*, 74.
- [98] Souza, E.; Nascimento, G.; Santana, N.; Ferreira, D.; Lima, M.; Natividade, E.; Martins, D.; Lima-Filho, J. *Sensors* **2011**, *11*, 5616.
- [99] Rai, V.; Hapuarachchi, H. C.; Ng, L. C.; Soh, S. H.; Leo, Y. S.; Toh, C. S. *PLoS One* **2012**, *7*, e42346.
- [100] Singhal, C.; Pundir, C. S.; Narang, J. *Biosens. Bioelectron.* **2017**, *97*, 75.
- [101] Tripathy, S.; Krishna Vanjari, S. R.; Singh, V.; Swaminathan, S.; Singh, S. G. *Biosens. Bioelectron.* **2017**, *90*, 378.
- [102] Silva, M. M.; Dias, A. C.; Cordeiro, M. T.; Marques, E., Jr.; Goulart, M. O.; Dutra, R. F. *Talanta* **2014**, *128*, 505.
- [103] Figueiredo, A.; Vieira, N. C.; Dos Santos, J. F.; Janegitz, B. C.; Aoki, S. M.; Junior, P. P.; Lovato, R. L.; Nogueira, M. L.; Zucolotto, V.; Guimaraes, F. E. *Sci. Rep.* **2015**, *5*, 7865.
- [104] Cecchetto, J.; Carvalho, F. C.; Santos, A.; Fernandes, F. C. B.; Bueno, P. R. *Sens. Actuators B Chem.* **2015**, *213*, 150.
- [105] Luna, D. M.; Oliveira, M. D.; Nogueira, M. L.; Andrade, C. A. *Chem. Phys. Lipids* **2014**, *180*, 7.
- [106] Oliveira, M. D.; Correia, M. T.; Diniz, F. B. *Biosens. Bioelectron.* **2009**, *25*, 728.
- [107] Oliveira, M. D. L.; Nogueira, M. L.; Correia, M. T. S.; Coelho, L. C. B. B.; Andrade, C. A. S. *Sens. Actuators B Chem.* **2011**, *155*, 789.
- [108] Avelino, K. Y. P. S.; Andrade, C. A. S.; De Melo, C. P.; Nogueira, M. L.; Correia, M. T. S.; Coelho, L. C. B. B.; Oliveira, M. D. L. *Synthetic Met.* **2014**, *194*, 102.
- [109] Andrade, C. A.; Oliveira, M. D.; De Melo, C. P.; Coelho, L. C.; Correia, M. T.; Nogueira, M. L.; Singh, P. R.; Zeng, X. *J. Colloid Interf. Sci.* **2011**, *362*, 517.
- [110] Palomar, Q.; Gondran, C.; Marks, R.; Cosnier, S.; Holzinger, M. *Electrochim. Acta* **2018**, *274*, 84.
- [111] Luna, D. M. N.; Avelino, K. Y. P. S.; Cordeiro, M. T.; Andrade, C. A. S.; Oliveira, M. D. L. *Sens. Actuators B Chem.* **2015**, *220*, 565.
- [112] Navakul, K.; Warakulwit, C.; Yenchtisomanus, P. T.; Panya, A.; Lieberzeit, P. A.; Sangma, C. *Nanomedicine* **2017**, *13*, 549.
- [113] Deng, J.; Toh, C. S. *Sensors* **2013**, *13*, 7774.
- [114] Jin, S. A.; Poudyal, S.; Marinero, E. E.; Kuhn, R. J.; Stanciu, L. A. *Electrochim. Acta* **2016**, *194*, 422.
- [115] Goode, J. A.; Rushworth, J. V.; Millner, P. A. *Langmuir* **2015**, *31*, 6267.
- [116] Janegitz, B. C.; Silva, T. A.; Wong, A.; Ribovski, L.; Vicentini, F. C.; Taboada Sotomayor, M. D. P.; Fatibello Filho, O. *Biosens. Bioelectron.* **2017**, *89*, 224.
- [117] Oztekin, Y.; Ramanaviciene, A.; Yazicigil, Z.; Solak, A. O.; Ramanavicius, A. *Biosens. Bioelectron.* **2011**, *26*, 2541.
- [118] Sinawang, P. D.; Rai, V.; Ionescu, R. E.; Marks, R. S. *Biosens. Bioelectron.* **2016**, *77*, 400.
- [119] Nuzaihan, M. N. M.; Hashim, U.; Md Arshad, M. K.; Kasjoo, S. R.; Rahman, S. F.; Ruslinda, A. R.; Fathil, M. F.; Adzhri, R.; Shahimin, M. M. *Biosens. Bioelectron.* **2016**, *83*, 106.
- [120] Anusha, J. R.; Fleming, A. T.; Kim, H. J.; Kim, B. C.; Yu, K. H.; Raj, C. J. *Bioelectrochemistry* **2015**, *104*, 44.
- [121] Krikstolaityte, V.; Kuliesius, J.; Ramanaviciene, A.; Mikoliunaite, L.; Kausaite Minkstiniene, A.; Oztekin, Y.; Ramanavicius, A. *Polymer* **2014**, *55*, 1613.
- [122] Bazin, I.; Tria, S. A.; Hayat, A.; Marty, J. L. *Biosens. Bioelectron.* **2017**, *87*, 285.
- [123] Zhang, S.; Geryak, R.; Geldmeier, J.; Kim, S.; Tsukruk, V. V. *Chem. Rev.* **2017**, *117*, 12942.
- [124] Basso, C. R.; Tozato, C. C.; Crulhas, B. P.; Castro, G. R.; Junior, J. P. A.; Pedrosa, V. A. J. *Virol.* **2018**, *513*, 85.
- [125] Hasanzadeh, M.; Karimzadeh, A.; Sadeghi, S.; Mokhtarzadeh, A.; Shadjou, N.; Jouyban, A. *J. Mater. Sci. Mater. Electron.* **2016**, *27*, 6488.
- [126] Veremisoglou, E.; Panacek, D.; Jayaramulu, K.; Pykal, M.; Frebort, I.; Kolar, M.; Hajdich, M.; Zboril, R.; Otyepka, M. *Biosens. Bioelectron.* **2020**, *166*, 112436.
- [127] Zhang, W.; Xiao, G.; Chen, J.; Wang, L.; Hu, Q.; Wu, J.; Zhang, W.; Song, M.; Qiao, J.; Xu, C. *Anal. Bioanal. Chem.* **2021**, *413*, 2407.
- [128] Choi, Y.; Hwang, J. H.; Lee, S. Y. *Small Methods* **2018**, *2*, 1700351.
- [129] Rashid, J. I.; Yusof, N. A.; Abdullah, J.; Hashim, U.; Hajian, R. *Mater. Sci. Eng. C Mater. Biol. Appl.* **2014**, *45*, 270.
- [130] Zhang, L.; Gu, C.; Wen, J.; Liu, G.; Liu, H.; Li, L. *Anal. Bioanal. Chem.* **2021**, *413*, 83.
- [131] Fu, J.; Wu, J.; Zhang, R.; Wu, Q.; Ju, H. *Sens. Actuators B Chem.* **2021**, *345*, 130436.
- [132] Sinawang, P. D.; Fajis, L.; Elouarzaki, K.; Nugraha, J.; Marks, R. S. *Sens. Actuators B Chem.* **2018**, *259*, 354.
- [133] Lim, J. M.; Kim, J. H.; Ryu, M. Y.; Cho, C. H.; Park, T. J.; Park, J. P. *Anal. Chim. Acta* **2018**, *1026*, 109.
- [134] Palomar, Q.; Xu, X.; Gondran, C.; Holzinger, M.; Cosnier, S.; Zhang, Z. *Mikrochim. Acta* **2020**, *187*, 363.
- [135] Cecchetto, J.; Santos, A.; Mondini, A.; Cilli, E. M.; Bueno, P. R. *Biosens. Bioelectron.* **2020**, *151*, 111972.
- [136] Khrustanova, E.; Dorozhko, E.; Korotkova, E.; Kratochvil, B.; Vyskocil, V.; Barek, J. *Sensors* **2020**, *20*, 4600.
- [137] Nascimento, H. P.; Oliveira, M. D.; De Melo, C. P.; Silva, G. J.; Cordeiro, M. T.; Andrade, C. A. *Colloids Surf. B* **2011**, *86*, 414.
- [138] Solanki, S.; Soni, A.; Pandey, M. K.; Biradar, A.; Sumana, G. *ACS Appl. Mater. Inter.* **2018**, *10*, 3020.
- [139] Wasik, D.; Mulchandani, A.; Yates, M. V. *Sensors* **2018**, *18*, 2641.
- [140] Senapati, S.; Slouka, Z.; Shah, S. S.; Behura, S. K.; Shi, Z.; Stack, M. S.; Severson, D. W.; Chang, H. C. *Biosens. Bioelectron.* **2014**, *60*, 92.

(Cheng, B.)